

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE SELECCIÓN DE CÉLULAS NK. PAS 04-2019

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Objeto del contrato.....
- 1.2. Legislación.....
- 1.3. Plazo de entrega

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO.....

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIVOS DE SELECCIÓN DE CÉLULAS NK. PAS 04-2019

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales para el suministro de los reactivos de selección de células NK.

1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

1.3.- PLAZOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

El suministro objeto del contrato, se entregará mediante entregas parciales que se irán produciendo a medida de las necesidades de la unidad promotora del contrato.

Plazo de entrega desde la recepción del pedido 10 días

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

16 Kits para la depleción de hasta 15×10^9 células CD3 positivas y el enriquecimiento posterior de hasta 10×10^9 células CD56 positivas partiendo de un total de 40×10^9 células nucleares totales, compatibles con la plataforma de selección CliniMACS Plus. Con marcado CE.

2.1. PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO

Cada kit constará de los siguientes componentes:

1 vial de selección de células CD3 positivas

1 Set de tubos para la depleción celular

1 vial de selección de células CD56 positivas

1 Set de tubos para enriquecimiento celular

6 litros de tampón PBS/EDTA

Madrid, a 12 de julio de 2019

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. José María Muñoz y Ramón.

Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

*La documentación por protección de datos no se publica firmada, pero queda puesta a disposición de quien quiera consultarla en la Fundación.