

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PROTECTOR DENTAL, CEPILLOS, PINZAS Y AGUJAS PARA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del SUMINISTRO DE PROTECTOR DENTAL, CEPILLOS, PINZAS Y AGUJAS PARA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

Características técnicas:

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	015571	<u>PROTECTOR DENTAL PARA ENDOSCOPIA</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mordedor para protección de la dentadura de paciente y de los endoscopios en endoscopia digestiva alta. • Con sistema de sujeción graduable y sin látex. • Es imprescindible que se ofrezca un modelo con la posibilidad de dispensar oxígeno. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. • Variedad de diámetros para situaciones especiales (pediátricos, para sobretubo, etc.). • Compatible, por diámetro y características, con todos los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax.
	2	016500	<u>CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CANALES DE ENDOSCOPIOS,</u> <ul style="list-style-type: none"> • Para canales de trabajo de 2.0, 2.8, 3.2, 3.7 y 4.2 mm con una longitud total de 230 cm. • Cepillos de morfología cónica a ambos extremos con punta protegida. Cerdas blandas. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. • Disponibilidad de modelos para enteroscopios (extralargos).
	3		<u>CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CANALES DE DUODENOSCOPIOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cepillo de limpieza específico para la limpieza del segmento distal y uña elevadora de duodenoscopios.
2	4	016437	<u>PINZAS DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIOS, COLONOSCOPIOS, ENTEROSCOPIOS Y DUODENOSCOPIOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Para canal de trabajo de los endoscopios de 2.8 mm. Es imprescindible modelo para canales de trabajo de 2.0 mm. Fórceps de palas dentadas y aguja. Es imprescindible modelo con capacidad basculante. Cobertura de la pinza de teflón y metálica. Longitud entre 220 y 230 cm, es imprescindible la disponibilidad de modelos de longitud adecuada para enteroscopia de doble balón. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. • Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	5	010938	<p><u>AGUJAS DE ESCLEROSIS PARA ENDOSCOPIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de teflón. Conector Luer-Lock. Longitud entre 220 mm y 230 cm. Sistema de fijación de aguja cuando está completamente dentro o completamente fuera de la vaina. • Para canal de trabajo de 2.8 mm. • Funda o vaina de la aguja de teflón. Es imprescindible modelos de vaina metálica para su empleo en duodenoscopios y enteroscopios. • Longitud de la funda 230 cm aproximadamente, es imprescindible modelos de longitud adecuada para enteroscopia de doble balón. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. Sin látex. • Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax. • Imprescindible la disponibilidad de los siguientes modelos: <ul style="list-style-type: none"> -para canales de trabajo de 2.0 mm. -disponibilidad de agujas de 23 G y 25G, con longitudes entre 4 y 7 mm. -disponibilidad de aguja de 25 G y longitud ≤ 2 mm.


**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI
2 UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN.**

Las muestras se entregarán en el **Almacén General** separadas del resto de documentación del expediente.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 26 de Junio de 2019

SERVICIO DE MEDICINA APARATO DIGESTIVO
Jefe de Sección Unidad de Endoscopias



Fdo. Dr. Díaz Tasende

SUBDIRECCIÓN MÉDICA AREA MÉDICA

Fdo. Dr. Rivas Clemente



EXPEDIENTE P.A. 2019-0-89
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PROTECTOR DENTAL, CEPILLOS, PINZAS Y AGUJAS PARA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

ANEXO AL PLIEGO

					PRESUPUESTO			
LOTE	ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	015571	PROTECTOR DENTAL PARA ENDOSCOPIA	20.000	1,50	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	2	017084	CEPILLO LIMPIEZA PARA CANALES ENDOSCOPICOS	50.000	2,00	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	3		CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CANALES DE DUODENOSCOPIOS	800	4,50	3.600,00	756,00	4.356,00
2	4	016437	PINZAS DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIOS, COLONOSCOPIOS, ENTEROSCOPIOS Y DUODENOSCOPIOS	25.000	6,00	150.000,00	31.500,00	181.500,00
	5	010938	AGUJA DE ESCLEROSIS PARA ENDOSCOPIA	5.600	20,00	112.000,00	23.520,00	135.520,00
						395.600,00	83.076,00	478.676,00