

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES PARA CROMOENDOSCOPIA Y CLIPS ENDOSCOPICOS PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de catéteres para cromoendoscopia y clips endoscópicos para la Unidad de Endoscopias del Servicio de Medicina del Aparato Digestivo, del Hospital 12 de Octubre.

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	013554	<b>CATETER PARA CROMOENDOSCOPIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catéter spray para tinción y cromoendoscopia con punta diseñada para la pulverización de colorantes durante la endoscopia. Para canal de trabajo de 2.0 y 2.8 mm.</li> <li>• Longitud entre 165 y 240 cm y diámetro del extremo distal <math>\geq 2,4</math> mm.</li> <li>• Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> <li>• Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon Olympus y Pentax.</li> </ul>
2	2	018951	<b>CLIPS ENDOSCÓPICOS DE HEMOSTASIA, ROTATORIOS Y REPOSICIONABLES.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clips endoscópicos de hemostasia de 2 palas de 10 mm de longitud, con apertura ajustable, para hemostasia mecánica.</li> <li>• Compatibles con canal de trabajo de 2.8mm, mango ergonómico integrado y pre montado. Vaina plástica de protección, que permita la introducción completa del clip en su interior, para la protección del canal del endoscopio.</li> <li>• Apertura de las palas 11mm, debiendo tener la posibilidad de ampliar esta apertura mediante el apoyo en la mucosa, sin deformación y con suficiente fuerza prénail para el cierre de diferentes tipos de defectos mucosos.</li> <li>• Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360° el clip en el extremo distal. El clip debe permitir la apertura y cierre todas las veces que sea necesario para asegurar su correcta posición antes de su liberación.</li> <li>• Compatibilidad MRI condicional. Libre de látex.</li> <li>• Diversas longitudes del dispositivo, para su utilización en gastroscopios (1650mm) y colonoscopios (2300mm)</li> <li>• Un solo uso. Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax.</li> </ul>

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
3	3	016385	<b>CLIPS ENDOSCOPICOS DE HEMOSTASIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clips endoscópicos de hemostasia envasados en cartuchos.</li> <li>Imprescindible la existencia de modelos con las siguientes longitudes de pala: 4, 6, 7.5, 9 mm y con diferentes ángulos de cierre 90° y 135°.</li> <li>Libres de látex.</li> <li>Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> <li>Compatible con el dispositivo rotatorio desechable de este mismo lote.</li> </ul>
	4	018952	<b>DISPOSITIVO ROTATORIO DESECHABLE DE FIJACION DE CLIPS ENDOSCÓPICOS HEMOSTÁTICOS.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser compatible con los clips Endoscópicos de Hemostasia de este lote.</li> <li>Debe permitir la función de rotación.</li> <li>Compatible con canal de trabajo de 2.8mm.</li> <li>Mango con cobertura de teflón con diferentes longitudes 165, 195 y 230 cm de longitud.</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: 3 muestras por cada lote.**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

#### **ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO**

- Las entregas se realizarán DE FORMA PARCIAL según necesidades del Hospital una vez efectuada la petición.
- Las entregas se realizarán en el ALMACEN DEL HOSPITAL
- Las entregas programadas, se ajustarán a/las fechas especificadas en el pedido
- Las entregas no programadas se efectuarán dentro de un plazo **máximo de 7 días** desde la fecha del pedido.
- Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados **en un máximo de 48 horas** desde la fecha del pedido.
- No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos objeto del contrato.

#### **OTROS**

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 7 de mayo de 2019

UNIDAD DE ENDOSCOPIAS, SERVICIO DE MEDICINA DEL APARATO DIGESTIVO

Fdo.: Dr. Díaz Tasende

EXPEDIENTE 2019-0-102

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CATETERES PARA CROMOENDOSCOPIA Y CLIPS ENDOSCOPICOS PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO												
LOTE	ORDE N	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IVA 10%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (Incluida modificación 20%)	EPIGRAFE
1	1	013554	CATETER PARA CROMOENDOSCOPIA	800	800	40.000	32.000.000	6.720.000		38.720.00	70.400.000	27004
2	2	018951	CLIPS ENDOSCOPICOS DE HEMOSTASIA ROTATORIOS Y REPOSICIONABLES	2.000	2.000	73.20000	146.400.000		14.640.000	161.040.00	322.080.000	27004
3	3	016385	CLIPS ENDOSCOPICOS DE HEMOSTASIA	5.200	5.200	17.8000	92.560.000		9.256.000	101.816.00	203.632.000	27004
	4	018952	DISPOSITIVO ROTATORIO DESECHABLE DE FIJACION DE CLIPS ENDOSCOPICOS HEMOSTATICOS	1.600	1.600	35.000	56.000.000	11.760.000		67.760.00	123.200.000	27004
							326.960.000	18.480.000	23.896.000	369.336.00	719.312.000	