

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE Nº: 2019-3-010

**" ADQUISICIÓN DE PACKS DE OFTALMOLOGÍA PARA
USO CON FACOEMULSIFICADOR STELLARIS PC
VISION ENHANCEMENT SYSTEM PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR"**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0888920850834834947130**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PRIMERA.-DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contiene las prescripciones técnicas que han de regir el contrato cuyo objeto es la adquisición de packs de oftalmología para uso con facoemulsificador, y el mantenimiento de los equipos facoemulsificadores.

División en Lotes: Lote único

Denominación del lote:

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN
1	1	102664	PACK FACO COMPLETO

SEGUNDA.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LOTE 1: PACK DE OFTALMOLOGÍA PARA FACO

Producto sanitario clase III.

El Hospital Universitario Infanta Leonor dispone en propiedad de dos equipos facoemulsificadores Stellaris PC Vision Enhancement System. El adjudicatario asumirá el mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del contrato de estos equipos, sin que se devenguen gastos por mano de obra, dietas, desplazamientos, piezas cuya sustitución sea necesaria y tampoco por la reposición de aquellos materiales que, no siendo fungibles, deben ser cambiados periódicamente. Se deberá indicar el tiempo de respuesta del servicio técnico que no podrá ser superior a 24 horas.

El Pack deberá estar compuesto por:

- Equipo para micro incisión, compuesto por:



- 1 Cassette compatible con los equipos facoemulsificador Stellaris PC Vision Enhancement System, propiedad del Hospital Universitario Infanta Leonor y con el equipo a ceder en este lote
 - 1 Aguja micro-coaxial de 1,8mm.
 - 1 Llave para aguja.
 - 1 Tubo de irrigación/aspiración.
 - 1 Cámara de prueba.
 - 2 Manguitos de irrigación.
 - 1 Funda de mesa de mayo.
 - 1 Campo para pantalla.
 - 1 Campo para control remoto.
 - 1 Cuchillete 2,8 mm 45º Bevelup.
 - 1 Cuchillete 90 mm 20G Straight.
 - 1 Canúla de irrigación-aspiración desechable con punta de silicona, angulación 45º y 1,8 mm
- 1 Paño oftalmológico, c/i no fenestrado, de 150x250cm. Con 2 bolsas de 15x30cm aprox.
 - 1 Cánula para cámara anterior de 27G x 7/8".
 - 1 Cánula para cámara anterior de 25G x 7/8".
 - 1 Cistotomo de irrigación angulado de 25G x 5/8".
 - 1 Paquete de 10 hemostetas de celulosa.
 - 1 Cánula de hidrodissección de 25G x 7/8".
 - 1 Bolsa con cordón de cierre, de medidas aprox. 16x34cm.
 - 1 Cobertor para mesa de instrumental, de 152x191cm aprox.
 - 1 Jeringa de 3 piezas de 1ml.
 - 1 Jeringa de 3 piezas de 2,5ml.
 - 1 Jeringa de 3 piezas de 5ml.
 - 2 Batas quirúrgicas de tamaño estándar M.
 - 2 Toallas secamanos de tamaño aprox. 30x32cm.

Si por necesidades del servicio fuera necesario sustituir el cuchillete de 2,8 mm por uno de 2,2 mm con la misma angulación, el proveedor estará obligado a ello.

CONFORME: POR LA ADMINISTRACIÓN

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

LA DIRECTORA GERENTE



ANEXO I

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	BASE IMPONIBLE	TIPO DE IVA	IMPORTE DEL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	1	102664	PACK FACO COMPLETO	12.000	125,00	1.500.000,00	21%	315.000,00	1.815.000,00

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0888920850834834947130

