

P.A.2.2019-0-020

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO  
DE LUBRICANTE UROLÓGICO EN JERINGA**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de LUBRICANTE UROLOGICO CON DESTINO AL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCION TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE/ ÍTEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>1</b>	<b>331565</b>	<b>GEL LUBRICANTE ESTERIL EN JERINGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estéril.</li> <li>• Soluble en agua y pH de formulación equilibrada.</li> <li>• Hidroxietilcelulosa.</li> <li>• Glicol de propileno.</li> <li>• Lidocaina hidrocloreto 1,8-2,3 g/100 g.</li> <li>• Metabisulfito sódico.</li> <li>• Incoloro, gel transparente.</li> </ul> <b>JERINGA DE 6 ml.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• En envase de un solo uso.</li> <li>• Cuerpo de la jeringa de polietileno.</li> <li>• Émbolo de polietileno.</li> <li>• Con escala de 1 ml (se admite escala de 0,5 ml).</li> <li>• La punta de la jeringa será más alargada permitiendo la lubricación directa en uretra.</li> </ul>

Madrid, 25 de julio de 2019

Fdo.:   
Supervisor de Enfermería de Recursos Materiales

P.A.2.2019-0-020


**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO  
DE LUBRICANTE UROLÓGICO EN JERINGA**

**3. CLAUSULAS**

**ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, 25 de julio de 2019

  
Fdo.: D. Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Enfermería de Recursos Materiales



**ANEXO**  
**PA2 2019-0-020**  
**SUMINISTRO DE LUBRICANTE UROLOGICO EN JERINGAS**

Lote	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Euros/uni s/IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA
1	331565	LUBRICANTE UROLOGICO EN JERINGAS	50.000	0,9891 €	49.454,545 €	4.945,455 €	54.400,00 €
<b>IMPORTE TOTAL</b>					<b>49.454,545 €</b>	<b>4.945,455 €</b>	<b>54.400,00 €</b>

Madrid, a 25 de julio de 2019

Fdo.: D. Juan Manuel Berzosa Grande  
 Supervisor de Enfermería de Recursos Materiales



