

CONCURSO DE INACTIVACION VIRAL DEL PLASMA HUMANO PRESCRIPCIONES TECNICAS: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EMPRESAS: GRIFOLS Y MACOPHARMA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE CALIDAD	Valoración Grifols	Valoración Macopharma
Trazabilidad	Mantenimiento de la trazabilidad de todas las etapas del proceso de inactivación	Aplicación informática conectada con la aplicación Progesa	10	10
		Ausencia de conexión	0	0
Modificación del componente	Pérdida de volumen del plasma	Inferior al 10%	5	5
		Superior al 10 %	0	0
Eliminación de leucocitos	Existencia de un sistema de leucodeplección leucocitaria	Cumplimiento de los estándares de calidad $<0,1 \times 10^9$ /	0	10
		No cumplimiento	0	0
Dosificación	Sistema de dosificación de la sustancia inactivadora en función del volumen del plasma. (Tolerancia +/- 10%)	Presencia del sistema	10	10
		Ausencia del sistema	0	0
Recursos	Ahorro de recursos (energéticos, de espacio de residuos, de material auxiliar etc)	Evidencia de ahorro	5	5
		No evidencia de ahorro	0	0
TOTAL			30	40


Madrid, 21 de Octubre de 2019

RESPONSABLE FRACCIONAMIENTO



Fdo: Dra Mª Luisa Jurado

DIRECTORA GERENTE



Fdo: Dra Luisa Barea