

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS CALENTADORES PARA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **SISTEMAS CALENTADORES PARA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

LOTE	ARTICULO (DESCRIPCION ARTICULO)
1	SISTEMA CALENTADOR PARA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL Compuesto por: - CIRCUITO INTERCAMBIADOR DE CALOR DE UN SOLO USO PARA QUIMIOHIPERTERMIA ENDOVESICAL • Consiste en un circuito de PVC y otros componentes, todo ello libre de látex y con bajo volumen de purgado (25-50 cc), que se pueda conectar a una sonda vesical de tres vías igual o menor de 16Ch y permita la recirculación y calentamiento de quimioterapia intravesical con la minima dilución de la misma. • Este circuito debe poder conectarse a un equipo de quimiohipertemia endovesical con sensor de temperatura y alarmas de obstrucción. • - SONDA VESICAL DE UN SOLO USO DE TRES VIAS ADAPTADA PARA QUIMIOHIPERTERMIA • Sonda vesical acodada de tres vías 16 ch o menor, que se conecte al circuito intercambiador de calor.

OTROS REQUISITOS

La empresa adjudicataria dejará en cesión de uso, durante la vigencia del concurso, al menos 1 equipo en las consultas externas del Servicio de Urología en el Centro de Actividades Ambulatorias.

Características técnicas:

Equipo diseñado para la recirculación de líquidos terapéuticos calentados a través de un sistema externo intercambiador de calor.

Los líquidos deberán recircular por medio de una bomba peristáltica con un caudal aproximado de 200ml/min.

El fluido se podrá administrar a temperaturas de $43 \pm 1^\circ\text{C}$.

Deberá estar provisto de sensores de temperatura y alarmas de obstrucción.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.



Madrid, 3 de abril de 2019

Servicio de Urología
Fdo.: Dr. Félix Guerrero Ramos

EXPEDIENTE 2019-0-97

OBJETO: SUMINISTRO SISTEMAS CALENTADORES PARA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA

ANEXO							
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	014823	SISTEMA CALENTADOR PARA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL	500	199,16	99.580,00	20.911,80	120.491,80
					99.580,00	20.911,80	120.491,80