

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 27 de mayo de 2019 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la publicación de aclaraciones en relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto P.A.S. 2019-5-26 Anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante con fecha 21 de mayo de 2019.

PRIMERO: Detectados errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto P.A.S. 2019-5-26. Suministro de equipos de cobertura desechable para intervenciones quirúrgicas, se procede a su rectificación.

En el apartado 3.1. Características mínimas,

Donde dice:

"Serán absorbentes e impermeables en su totalidad y confortables para el paciente"

Debe decir:

"Serán impermeables en su totalidad y absorbentes en aquellos casos en los que el equipo no incorpore una bolsa de recogida de líquidos. Además serán confortables para el paciente".

Donde dice:

"Los equipos deberán estar envueltos en un paño de mesa impermeable, reforzado y de dimensiones adecuadas para cubrir la mesa quirúrgica principal"

Debe decir:

"Los equipos deberán estar envueltos en un paño de mesa impermeable y de dimensiones adecuadas para cubrir la mesa quirúrgica principal"

Dicho pliego, debidamente corregido, se podrá obtener en el Perfil de Contratante Portal de la Contratación Pública de la CAM. www.madrid.org/contratospublicos.

EL DIRECTOR GERENTE,

