

EXPEDIENTE: 2018-0-110

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE DIALIZADORES ESPECIALES PARA LA REALIZACION DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE DIALIZADORES ESPECIALES PARA LA REALIZACION DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**Características técnicas:**

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1	<b>DIALIZADOR CAPILAR CON MEMBRANA HELIXONA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esterilizado por vapor en línea, para tratamientos de hemodialisis.</li> <li>Con un KUF de 68 ml/h x mmhg. y PTM máxima de 600 mmhg y una superficie de 2.2 m<sup>2</sup></li> </ul>
2	<b>DIALIZADOR CON MEMBRANA DE TRIACETATO DE CELULOSA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con una superficie de 1.9 m<sup>2</sup>.</li> <li>Esterilizado por rayos gamma.</li> <li>Con un KUF de 41 ml/h x mmhg</li> </ul>
3	<b>DIALIZADOR CON MEMBRANA HeprAN, PARA PACIENTES CON ALTO RIESGO DE SANGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con un área de superficie de 2.15 m<sup>2</sup> y un KUF de 65 ml/h x mmhg.</li> <li>Esterilizado por rayos gamma.</li> </ul>
4	<b>KIT PARA TRATAMIENTO DE DEPURACION EN F.R.A.</b> Compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dializador ultraflux.</li> <li>Membrana de polisulfona con una superficie de 1.8 m<sup>2</sup>.</li> <li>Esterilizado por vapor en línea.</li> <li>Con líneas arteriales y venosas, con sus cámaras correspondientes.</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI**

**1 UNIDAD POR LOTE**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 12 de marzo de 2019

SUPERVISOR DE DIÁLISIS:

JEFE DE SERVICIO DE NEFROLOGÍA



Fdo.: Luis Martín López



Fdo.: Dr. Manuel Praga Terente

SUBDIRECTOR MÉDICO DE NEFROLOGIA



Fdo.: Dr. Francisco Rivas Clemente

**ANEXO**

**EXPEDIENTE : 2018-0-110**

**OBJETO: SUMINISTRO DE DIALIZADORES ESPECIALES PARA LA REALIZACION DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	014260	DIALIZADOR CAPILAR CON MEMBRANA HELIXONA	720	360	37,6400	27.100,800	5.691,16800	32.791,96800
2	018677	DIALIZADOR TRIACETATO CELULOSA	624	312	34,0000	21.216,000	4.455,36000	25.671,36000
3	018532	DIALIZADOR CON MEMBRANA HeprAN	576	288	39,6000	22.809,600	4.790,01600	27.599,61600
4	018403	KIT PARA TRATAMIENTO EN F.R.A.	24	12	259,1000	6.218,400	1.305,86400	7.524,26400
						<b>77.344,800</b>	<b>16.242,4080</b>	<b>93.587,20800</b>