

EXPEDIENTE: 2018-0-140

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SISTEMA DE NAVEGACION INTRACARDIACA POR IMPEDANCIAS Y CAMPO MAGNETICO EN ELECTROFISIOLOGIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SISTEMA DE NAVEGACION INTRACARDIACA POR IMPEDANCIAS Y CAMPO MAGNETICO EN ELECTROFISIOLOGIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE*.

Características técnicas:

| LOTE | CODIGO ARTICULO | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|-----------------|--|
| 1 | 017658 | <p>SISTEMA DE PARCHES Y ELECTRODOS CUTANEOS PARA NAVEGACION INTRACARDIACA POR IMPEDANCIAS Y CAMPO MAGNETICO</p> <p>Sistema de electrodos cutáneos para su uso con sistema de navegación intracardiaca tanto por impedancias como por campo magnético, compatible con todos los catéteres de ablación, para procedimientos de electrofisiología cardiaca, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 pares de electrodos de ubicación ortogonal. • Parche de referencia de tamaño adecuado para su aplicación en la zona abdominal. • Juego de electrodos cutáneos de ECG de tamaño reducido compatibles con el electrodo cutáneo frontal. <p>Características adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con memoria integrada o externa. • Agrupados en sobres con todo lo necesario para un paciente por sobre. • Ausencia de látex en cualquiera de sus componentes. |

* El adjudicatario entregará en cesión de uso durante la vigencia del contrato un sistema de navegación no magnética en electrofisiología.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 18 de marzo de 2019

**JEFE SERVICIO DE
CARDIOLOGÍA**




Fdo.: Dr. Fernando Arribas Ynsaurriaga

**SERVICIO DE CARDIOLOGIA
ELECTROFISIOLOGÍA**



Fdo.: Dra. López Gil

SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA MÉDICA



ANEXO

EXPEDIENTE:2018-0-140

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SISTEMA DE NAVEGACION INTRACARDIACA POR IMPEDANCIAS Y CAMPO MAGNETICO EN ELECTROFISIOLOGIA

| LOTE | CODIGO ARTº | DESCRIPCION ARTICULO | CANTIDAD 12 MESES | PRORROGA 12 MESES | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA | IMPORTE TOTAL |
|------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | 017658 | SISTEMA DE PARCHES Y ELECTRODOS CUTANEOS PARA NAVEGACION INTRACARDIACA NO MAGNETICA | 105 | 105 | 899,00 | 94.395,00 | 19.822,95 | 114.217,95 |
| | | | | | | 94.395,00 | 19.822,950 | 114.217,950 |