

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - El adjudicatario deberá hacer la conexión del esterilizador hasta la llave y desagüe preparadas al efecto, aportando todo el material necesario. La distancia entre la ubicación del esterilizador y la llave de la toma de agua y/o el desagüe puede alcanzar los 5 metros. Las uniones de los tubos de alimentación de agua deben ser roscadas y resistir presiones de hasta 10 Kg/cm²
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo

Normativa General

4. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir con los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (ISO 9001:2008, UNE EN 46001, Directiva 93/42/CEE RD 414/96.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000814	AUTOCLAVE	<ul style="list-style-type: none"> - Esterilizador tipo B con disponibilidad de varios programas según material. - Pre vacío multifraccionado y secado final total por bomba de vacío conforme a los tipos señalados en la norma EN 13060. - Uno de ellos de vacío y otro de penetración y certificado de esterilización de carga hueca (Bowie and Dick-Hellix). - Cámara horizontal con puerta de servicio central de acero inoxidable de alta calidad 316. - Control por microprocesador, supervisión continua del desarrollo del ciclo. - Seguridad total en el cierre de la puerta con sistema automático de apertura y cierre. - Monitorización del proceso a través de la pantalla. - Rack de caja reversible para 5 bandejas. Asa de extracción de bandejas. Dotación de 3 bandejas. - Dimensiones aproximadas de la cámara: 250 mm de diámetro. - Volumen mínimo 21 litros. - Dimensiones del exterior: 460 mm ancho x 440 mm alto x 600 mm profundo, (+/- 10 mm) - Contador interno de ciclos para avisos de mantenimiento y cambio de filtro y junta de puerta. - Dotado de impresora incorporada o externa y/o USB que imprima valores medidos de presión, temperatura y tiempo así como las incidencias ocurridas durante el ciclo. - Sistema automático de alimentación de agua y desmineralización de la misma con seguimiento y validación del proceso y desagüe. - Sistema de agua separada con sensor de conductividad para medir la calidad del agua, permitiendo su visualización. - El año de fabricación del equipo no puede ser superior a 2 años anteriores a la fecha de adjudicación

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	3000819	SELLADORA DE BOLSAS	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñada para el sellado de bolsas de complejos plástico-papel para esterilización. - Acondicionamiento manual. - Realización de la operación automáticamente previa selección electrónica de los tiempos de sellado y enfriamiento con luz indicadora de periodo de sellado. - Periodo de calentamiento mínimo (igual o inferior a 2 minutos). - Contenedor integrado del rollo de material de embalaje. - Cortador de material integrado. - El año de fabricación del equipo no puede ser superior a 2 años anteriores a la fecha de adjudicación.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1290806859749750235115**

**ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000814	AUTOCLAVE	UNIDAD	4.132,23 €	25	103.305,75 €	21	124.999,96 €
2	3000819	SELLADORA DE BOLSAS	UNIDAD	420,66 €	40	16.826,40 €	21	20.359,94 €
						120.132,15 €		145.359,90 €

POR LA ADMINISTRACIÓN:
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

Fdo. M^a Luisa Tello García