

## SUMINISTRO DE LANCETAS PARA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE DE LOS DONANTES DEL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (P.A. SUM. 012-2019 - A/SUM-010571/2019)

### INFORME TECNICO

Una vez analizadas las muestras entregadas para la licitación de expediente "Suministro de Lancetas para el Centro de Transfusión" se determina que:

Nº.	LICITADOR	VALORACION
1	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	APTO
2	CAHNOS, S.L.	NO APTO
3	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	NO APTO
4	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU	NO APTO
5	LAMBRA, S.L.	NO APTO
6	DPP INTERNACIONAL, S.A.	NO APTO
7		

#### BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.

Las muestras presentadas cumplen con la totalidad de las prescripciones técnicas establecidas en el Pliego.

#### CAHNOS, S.L. DISTRIBUIDORA PRODUCTOS SAN

El sistema no garantiza la posibilidad de pinchazo accidental por lo que no es apto.

#### TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.

El sistema no está provisto de un sistema automático con escala de intensidad en la salida de la lanceta, por lo que no es apto.

#### SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU

El sistema no está provisto de un sistema automático con escala de intensidad en la salida de la lanceta, por lo que no es apto.

#### LAMBRA, S.L.

El sistema no garantiza la posibilidad de un pinchazo accidental por lo que no es apto.



## Centro de Transfusión

DPP INTERNACIONAL, S.A.

El sistema no garantiza la posibilidad de un pinchazo accidental por lo que no es apto.

Madrid, 17 de mayo de 2019

RESPONSABLE DE DONACIÓN

Fdo: Ygor Hermenegildo Lopez