

MEMORIA ECONÓMICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESTIMULADORES SUBCUTÁNEOS Y DE RAÍCES SACRAS PARA LA UNIDAD DEL DOLOR

ANTECEDENTES: El objeto y procedimiento de adjudicación para el suministro de ESTIMULADORES SUBCUTÁNEOS Y DE RAÍCES SACRAS PARA LA UNIDAD DEL DOLOR, anteriormente, fue el P.A. 24/2012 HUP; posteriormente, a la espera de que la Unidad del Dolor remitiera el nuevo expediente de contratación, se adquirieron por contrato menor. Además, se incluyen estimuladores no utilizados anteriormente en el Centro.

JUSTIFICACIÓN: Precisos para la actividad asistencial del Hospital Universitario de La Princesa, de acuerdo con la propuesta de necesidad formulada al Servicio de Logística por la Unidad del Dolor del Centro.

Por este motivo, se va a proceder a adquirir estos artículos a través del Procedimiento Abierto mediante pluralidad de criterios P.A. 21/2019 HUP. El código CPV de este material es 33184100-4.

NECESIDADES Y CUANTÍA: Las necesidades de la Unidad del Dolor del Centro se han calculado teniendo en cuenta el consumo de los últimos 12 meses, y tomando como referencia los precios de mercado y los de los correspondientes contratos menores, cuyo coste económico es el que se detalla en el documento adjunto.

El gasto anual relativo a este contrato se imputará a las partidas 27005, 27004 y 22109 del programa 312A para los ejercicios 2019 y 2020, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Será de 12 meses, (máximo 24 meses, incluida prórroga, en caso de que proceda) y con valor estimado de 780.885,20 €

Madrid, 26 de abril de 2019

El Director Gerente

Fdo.: Dr. Fidel ILLANA ROBLES



Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONI BLE (IVA EXCLUI DO)	IVA	PRECIO UNITA RIO (IVA INCLUI DO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUI DO)
1	ESTIMULADOR DEL NERVO PERIFÉRICO RECARGABLE PROGRAMABLE: Para pacientes con neuropatías postquirúrgicas.						
1.1	Electrodo de 3 polos (201379): - Longitud del electrodo: 15 cm. - Número de polos: 3. - Modos de onda bifásica equilibrada y no equilibrada. - Compatibilidad con resonancia magnética. - Capacidad de estimular hasta 4 electrodos simultáneamente.	10	Uds.	3.900 €	390 €	4.290 €	42.900 €
1.2	Generador de impulsos recargable externo, mando a distancia y sistema de recarga (201378): - Generador de impulsos externo recargable de polímeros de litio de 3,7 voltios y 250 mAh de capacidad. - Hasta 8 programas. - Modos de funcionamiento: espera; programa; estimulación. - Modos de programación: sensitivo, motor y en rampa. - No necesario 24 h de estimulación para alivio de dolor. 6-8 h por día de estimulación.	10	Uds.	7.500 €	750 €	8.250 €	82.500 €
1.3	Parche del generador (201380)	10	Uds.	150 €	15 €	165 €	1.650 €
2	ESTIMULADOR SUBCUTANEO RECARGABLE (2 canales) CON ELECTRODO DE 4-8 POLOS: Para pacientes con neuropatías periféricas localizadas.						
2.1	Electrodo de 4-8 polos (201344): - Electrodo octopolar filiforme de baja impedancia. - Separación de polos: 4 mm. - Tamaño de los polos: 3 mm. - Diámetro del electrodo: 1,35 mm. - Longitud electrodos: 45 cm.	5	Uds.	11.485 €	1.148,50 €	12.633,50 €	63.167,50 €
2.2	Generador (201345): - Sistema inalámbrico externo. - Amplitud variable de 0 a 20 mA. - Anchura de pulso: 100-1000 microsegundos. - Frecuencia programable de 2-1500 Hz. - Compatible con RMN. - Transmisión de radiofrecuencia 869 MHz.	5	Uds.	1.550 €	155 €	1.705 €	8.525 €
3	ESTIMULADOR SUBCUTANEO NO RECARGABLE (2 canales) CON ELECTRODO DE 4 POLOS: Para pacientes con cefaleas.						
3.1	Electrodo (201346): - 4 polos. - Diámetro: 1,2 mm. - Distancia entre los polos: 2, 4 y 6 mm. - Longitud del electrodo: 30 y 50 cm. - Posibilidad de tener agujero para sutura en el electrodo distal que permita la fijación con sutura.	8	Uds.	2.588,10 €	258,81 €	2.846,91 €	22.775,28 €
3.2	Extensión (201347): - Extensión de 30 y 50 cm..	8	Uds.	556,80 €	55,68 €	612,48 €	4.899,84 €
3.3	Generador (201348): - Generador de volumen 9-11 cm³.	4	Uds.	9.693,70 €	969,37 €	10.663,07 €	42.652,28 €
3.4	Mando para el paciente (284793)	4	Uds.	713,40 €	71,34 €	784,74 €	3.138,96 €
4	ESTIMULADOR DE RAÍCES SACRAS: Para pacientes con dolor pélvico e incontinencias.	CGD: 5 UDO: 10					
4.1	Electrodo percutáneo (201153): - Electrodo tetrapolar de 28 cm. - Separación de polos: 3 mm. - Tamaño de los polos: 3 mm. - Sistema de autoanclaje. - Accesorios para la conexión y kit de abordaje percutáneo.	15	Uds.	1.686 €	168,60 €	1.854,60 €	27.819 €
4.2	Kit de abordaje (273355)	15	Uds.	214 €	44,94 €	258,94 €	3.884,10 €
4.3	Generador de 1 canal (201232)	15	Uds.	6.745 €	674,50 €	7.419,50 €	111.292,50 €
4.4	Mando/programador para el paciente (284714)	15	Uds.	887 €	88,70 €	975,70 €	14.635,50 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908949764653090698322**