

Mamógrafo digital con Tomosíntesis e imagen sintetizada y estereotaxia

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION

CASA COMERCIAL:					
CALIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 40 PUNTOS	
Incluye dentro del Alcance de Suministro software de un <b>Sistema de biopsia guiada por Tomosíntesis</b> .				Sí cumple criterio: 5 puntos NO cumple criterio: 0 puntos	
<b>Menor tiempo de barrido de la tomosíntesis</b>				Igual o inferior a 5 segundos: 5 puntos Entre 5 y 10 segundos: 2 puntos Superior a 10 segundos: 0 puntos	
<b>Tamaño de pixel en 2D y 3D (tomosíntesis) (máximo 100 µm)</b>				Igual o inferior a 80 µm: 5 puntos Entre 80 y 90 µm: 2 puntos Superior a 90 µm: 0 puntos	
<b>En la imagen reconstruida de tomosíntesis</b>					
<b>Menor ángulo de barrido de la tomosíntesis</b>				Igual o inferior a 15º: 5 puntos Entre 15 y 25º: 2 puntos Superior a 25º: 0 puntos	
<b>Validación clínica</b> documentada del equipo de la <b>Imagen Sintetizada para sustituir a la mamografía digital</b> Validación documentada, por al menos 5 publicaciones en revistas de reconocido impacto, según Index Medicus. <b>Incluir relación para comprobación.</b>				Sí cumple criterio: 7 puntos NO cumple criterio: 0 puntos	
<b>Validación clínica</b> documentada del equipo que demuestre la <b>superioridad diagnóstica de la Tomosíntesis sobre la mamografía digital</b> . Validación documentada, por al menos 5 publicaciones en revistas de reconocido impacto, según Index Medicus. <b>Incluir relación para comprobación.</b>				Sí cumple criterio: 7 puntos NO cumple criterio: 0 puntos	
<b>Mayor distancia foco-detector</b> de imagen				Superior a 69 cm: 5 puntos Entre 67 y 69 cm: 2 puntos Inferior a 67 cm: 0 puntos	
<b>Capacidad térmica</b> del ánodo (igual o superior a 300.000 HU) del conjunto ánodo/coraza (superior a 700.000 HU):				≥ 300.000 HU	1 punto
				> 700.000 HU	
FORMACION	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 5 PUNTOS	
<b>Tiempo de formación en manejo del equipo</b> para el personal del Servicio de Radiodiagnóstico				Superior a 40 horas: 2 puntos Entre 20 y 40 horas: 1 puntos Inferior a 20 horas: 0 puntos	
<b>Tiempo de formación en extereotaxia</b> para facultativos con pacientes reales.				Superior a 20 horas: 3 puntos Entre 10 y 20 horas: 1 puntos Inferior a 10 horas: 0 puntos	
HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 5 PUNTOS	
<b>Mejoras en el diseño del dispositivo de compresión</b> validadas, para reducir la ansiedad, incomodidad y minimizar el movimiento de la paciente durante el estudio radiológico :  - Ergonomía en la pala de compresión				Sí dispone: 1,5 puntos NO dispone: 0 puntos	
- Control de la fuerza de compresión				Sí dispone: 1,5 puntos NO dispone: 0 puntos	
<b>Protector facial</b> situado en el estativo durante la tomosíntesis para minimizar el movimiento de la paciente.				Sí cumple criterio: 2 puntos NO cumple criterio: 0 puntos	
GARANTIA	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 2 PUNTOS	
<b>Ampliación del plazo de garantía</b> , expresado en años, según condiciones incluidas en el Pliego de prescripciones técnicas.				1 año adicional: 2 puntos 2 o mas años: 0 puntos	

FIRMADO: