

TORRE DE LAPAROSCOPIA CON TÉCNICA DE FLUORESCENCIA

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN

CASA COMERCIAL:

CALIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 40 PUNTOS
Funciones controladas desde el cabezal de la cámara. Funciones mínimas: encendido/apagado de la fuente de luz, encendido/apagado modo fluorescencia, control de flujo del insuflador, captura de foto y/o vídeo y balance de blancos.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Preselección de especialidades quirúrgicas en consola de cámara para Cirugía General, Urología y Ginecología				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Incorporación de función para transiluminación de uréteres.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Sistema de seguridad que apague la fuente de luz cuando se desconecte algún componente.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos

FORMACION

	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 3 PUNTOS
Tiempo de formación en manejo del equipo para el personal del Servicio de Ginecología				Superior a 40 horas: 3 puntos Entre 20 y 40 horas: 1 puntos Inferior a 20 horas: 0 puntos

GARANTIA

	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 7 PUNTOS
Ampliación del plazo de garantía, Ponderación: por cada mes adicional de garantía a la ya estipulada, se obtendrá 0,20 puntos, hasta un máximo de 7 puntos. La ampliación se producirá en los mismos términos y condiciones que las especificadas como requisito técnico obligatorio.				0,20 puntos por mes adicional de garantía

FIRMADO: