

MESA QUIRÚRGICA PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA

EMPRESA LICITADORA:				
CALIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO OFERTADO	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 40 PUNTOS
Posibilidad de accionar eléctricamente el respaldo y las perneras simultáneamente con el paciente posicionado, sin necesidad de reconfigurar ninguna sección o módulo.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Apoyo de la mesa quirúrgica directamente sobre el propio chasis para garantizar mayor estabilidad.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Encendido de la mesa desde el mando de control o el panel de mando auxiliar, sin interruptores intermedios.				Sí cumple criterio: 10 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Posibilidad de memorización hasta 10 posicionamientos adicionales, sin considerar los movimientos estándar programados en el mando, Flex, réflex-silla de playa, posición cero, posición de emergencia del paciente.				Sí cumple criterio: 5 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
Compatibilidad con el parque de accesorios y mesas quirúrgicas del Hospital.				Sí cumple criterio: 5 puntos NO cumple criterio: 0 puntos
FORMACION	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 3 PUNTOS
Tiempo de formación en manejo del equipo para el personal de quirófanos				Superior a 10 horas: 3 puntos Entre 5 y 10 horas: 1 puntos Inferior a 5 horas: 0 puntos
GARANTIA	VALOR	CUMPLE (S/N)	PUNTUACION	MAXIMO 7 PUNTOS
Ampliación del plazo de garantía, Ponderación: por cada mes adicional de garantía a la ya estipulada, se obtendrá 0,20 puntos, hasta un máximo de 7 puntos. La ampliación se producirá en los mismos términos y condiciones que las especificadas como requisito técnico obligatorio.				0,20 puntos por mes adicional de garantía

FIRMADO: