

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE AGUJAS CON ALETAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACÍO CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.
10. La empresa adjudicataria realizará un plan de formación para el uso de los productos adjudicados, debiendo presentar una memoria del mismo indicando número de sesiones, días de formación, cronograma, etc.

Normativa general

11. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, actualizado por el RD 1591/2009 de productos sanitarios.

Otras normativas

12. Los dispositivos y materiales reflejados en este pliego, cumplirán los requisitos y condiciones señalados en el Anexo 2 de la Orden 827/2005 de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid (BOCM 17 de mayo).



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	100311	AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 21GX19MM SEGURIDAD PREMONTADA TUBO 18CM	• Aguja de acero inoxidable siliconada, punta triple bisel, 0,8 mm de diámetro y dispositivo de seguridad pasiva integrado de una sola pieza no articulada, que cubra la aguja para impedir punción accidental y se active con una sola mano. • Con aletas flexibles de diseño antideslizante para facilitar el manejo y sujeción, que permitan de manera precisa dirigir la aguja sobre la vena. • Identificadas con código de color normalizado. • Medida de las aletas: Longitud entre extremos de ambas aletas ≥ 32mm. • Anchura zona sujeción de la aleta: $\geq 1,2$mm. • Con tubo prolongador flexible sin efecto memoria, longitud de 18 cm $\pm$ 1 cm, sin contar el cono de conexión al portatubos. • Conectada a portatubos, cuerpo de plástico duro, montado, con válvula protectora de la aguja interior que perfora el tubo de vacío y que una vez insertado el tubo no tenga retroceso. • Exenta de látex y ftalatos. • En el etiquetado individual deberá constar: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha caducidad del producto, el número de lote, referencia comercial, Marcado CE, Calibre de las luces. Toda la información será perfectamente legible • Presentación: Envase individual, estéril, de fácil apertura.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.2	100312	AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 23GX19MM SEGURIDAD TUBO 18CM	• Aguja de acero inoxidable siliconada, punta triple bisel, 0,6 mm de diámetro y dispositivo de seguridad pasiva integrado de una sola pieza no articulada, que cubra la aguja para impedir punción accidental y se active con una sola mano. • Con aletas flexibles de diseño antideslizante para facilitar el manejo y sujeción, que permitan de manera precisa dirigir la aguja sobre la vena. • Identificadas con código de color normalizado. • Medida de las aletas: Longitud entre extremos de ambas aletas ≥ 32mm. • Anchura zona sujeción de la aleta: $\geq 1,2$mm. • Con tubo prolongador flexible sin efecto memoria, longitud de 18 cm $\pm$ 1 cm, sin contar el cono de conexión al portatubos. • Conectada a portatubos, cuerpo de plástico duro, montado, con válvula protectora de la aguja interior que perfora el tubo de vacío y que una vez insertado el tubo no tenga retroceso. • Exenta de látex y ftalatos. • En el etiquetado individual deberá constar: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha caducidad del producto, el número de lote, referencia comercial, Marcado CE, Calibre de las luces. Toda la información será perfectamente legible • Presentación: Envase individual, estéril, de fácil apertura.



ANEXO RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO			34.992,00	21	42.340,32
	1.1	100311	AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 21GX19MM SEGURIDAD PREMONTADA TUBO 18CM	0,360000	95.000	34.200,00	21	41.382,00
	1.2	100312	AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 23GX19MM SEGURIDAD TUBO 18CM	0,360000	2.200	792,00	21	958,32

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

