

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE NUTRICIÓN POR BOMBA FREEGO A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO ABREVIADO**

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 24 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a 3 meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.

Normativa general suministros material fungible

9. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Almacén PAVONES | C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid |
| Almacén COSLADA | Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo |
| Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO | C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid |
| Almacén MAJADAHONDA | Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) |
| Almacén LEGANÉS | Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) |
| Almacén ALBERTO PALACIOS | C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid |

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-001339/2019 SISTEMAS DE NUTRICIÓN PARA BOMBA FREEGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

| Lote | Código | Descripción del lote | Características técnicas |
|------|--------|---|---|
| 1 | 101291 | SISTEMA NUTRICION ENTERAL PARA BOMBA FREEGO | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de administración universal de nutrición enteral para bomba FREEGO. • Adaptador ENPlus, que permite la conexión a las botellas de plástico/cristal y a los contenedores tipo bolsa. • Tapón de rosca que permite la conexión con apertura de 40mm. • Contador y filtro de aire integrado permitiendo una fácil unión a la botella. • Sistema de conexión ENFit. • Alguna coloración Lila en el sistema, para saber que su uso es de nutrición enteral. • Libre de látex. • Libre de DEHP (Pfalatos) y BPA (Bisfenol A). • Esterilizado de óxido de etileno. • Envasado individual. |



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL ENVASADO INDIVIDUAL

1. Envase unitario estéril de fácil apertura que garantice la liberación completa del equipo.
2. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Indicación de que el producto es de un solo uso.
 - d. La fecha de caducidad del producto
 - e. El número de lote
 - f. La referencia comercial.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará escrita en castellano o con simbología internacional normalizada.
3. El envase individual estará acondicionado de manera que se garantice su estabilidad y esterilidad, constando en su envase las condiciones de conservación que precisen.



RELACIÓN DE PRECIOS

| Lote | Código | Descripción del lote | Formato | Precio neto Lic. (unitario sin IVA) | Cantidad | Importe lote sin IVA | % IVA | Importe lote con IVA |
|------|--------|--|---------|---|----------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 101291 | SISTEMA NUTRICIÓN ENTERAL PARA BOMBA FREEGO | Unidad | 5,00 | 6.900 | 34.500,00 | 10 | 37.950,00 |

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

