

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO  
SOLUCION ALCOHOLICA PARA LAVADO DE MANOS Y ESPUMA  
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL  
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE SOLUCION ALCOHOLICA PARA LAVADO DE MANOS Y ESPUMA DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE*.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION ARTICULO)
1	080289	<p><b>SOLUCION ALCOHOLICA PARA LAVADO QUIRURGICO.</b> <b>Antiséptico para piel sana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportar documentación <b>actualizada y vigente</b> de autorización de comercialización del producto, indicando N° <b>Reg. AEMPS XXX-DES incluidos los anexo I, II y III de la AEMPS</b> (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).</li> <li>• Certificación de Norma EN-12791 por laboratorio externo homologado.</li> <li>• Composición de base alcohólica; propanol (Cumplimiento mínimo de 75%).</li> <li>• Tiempo de aplicación: ≤ 1,5 minutos. (≤ 90 seg)</li> <li>• Tipo de formulación: Líquido</li> <li>• Dispensadores no recargables con dosificador.</li> <li>• Formato compatible con los soportes de pared ya instalados.</li> <li>• No debe teñir ni decolorar.</li> <li>• No tóxico, no corrosivo, ni hipersensibilizante (Aportar estudios de dermatolerancia publicados en revistas de relevancia internacional).</li> <li>• Aportar estudios clínicos de eficacia publicados en revistas de relevancia internacional.</li> <li>• Garantizar el mantenimiento y reposición de los dispensadores.</li> <li>• Respetuoso con el medio ambiente en materia de eliminación de residuos cumpliendo normativa vigente disponiendo de sistemas de gestión ambiental y de gestión de residuos.</li> <li>• Presentación en envases de 1000 ml.</li> <li>• Ficha técnica y de Seguridad.</li> <li>• Aportar la relación de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud que en la actualidad lo estén consumiendo.</li> <li>• Aportar plan de formación continuada para la implementación en quirófano y para la adhesión continuada tanto a nivel teórico como práctico, aportando: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RRHH cualificados</li> <li>✓ Documentación científica</li> <li>✓ Materiales de sensibilización</li> <li>✓ Herramientas de formación de calidad.</li> </ul> </li> <li>• Dotación y reposición de sistemas de control de tiempo para realizar el lavado quirúrgico (fijos en los puntos de uso).</li> <li>• Dotación de 5 lámparas ultravioletas para comprobar la correcta aplicación del lavado quirúrgico de manos.</li> </ul>


LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION ARTICULO)
2	080279	<p>DESINFECTANTE de Superficies PARA DE PRODUCTOS SANITARIOS <b>CLASE IIa</b> (Desinfección de productos sanitarios no invasivos): incubadoras, camillas, monitores, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normativa requerida</b> acorde a la Norma Española UNE-EN 14885 (Antisépticos y desinfectantes químicos):: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actividad Bactericida: EN 13727 (2/1)</li> <li>○ Actividad Levuricida: EN 13624 (2/1)</li> <li>○ Actividad Viricida : EN 14476 (2/1)</li> </ul> </li> </ul> <p>Especificará <u>microorganismos</u> que se han ensayado, <u>temperatura</u> y <u>tiempos</u> de exposición. Se primará un tiempo de exposición inferior a <b>5 minutos</b> para superficies en contacto con el paciente o personal médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe exhibir en el etiquetado: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Marcado CE</b></li> <li>○ Producto sanitario <b>Clase IIa</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Los productos que se destinan específicamente a la desinfección de productos sanitarios deben exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del Organismo notificado que ha intervenido en su evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición: Exenta de alcohol (para proteger superficies de metacrilato como las incubadoras y poder utilizarlo en equipos de pacientes conectados a red)</li> <li>• Presentación de envases: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De hasta 1 litro</li> <li>○ Formato espuma</li> <li>○ Aplicador en spray</li> </ul> </li> <li>• Aportará en idioma oficial del país en uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ficha técnica</li> <li>○ Ficha de seguridad</li> <li>○ Etiqueta</li> </ul> </li> <li>• Indicación clara de forma de uso, en idioma oficial del país en uso (con infografía si fuese necesario)</li> <li>• Compatibilidad de materiales</li> <li>• Entrega de plan de formación y coordinación en el seguimiento con el Servicio de Medicina Preventiva del hospital.</li> <li>• No tóxico ni irritante para el profesional que lo utilice, ya sea cutánea o por inhalación.</li> <li>• Exento de látex y DEPH.</li> </ul>

Presentación de muestras para probarlas en el Bloque Quirúrgico del Hospital, de acuerdo con el protocolo establecido para tal fin por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho Servicio evaluará las pruebas, descartando cualquier solución que ocasione lesiones cutáneas (como eritema, dermatitis,...) en los profesionales que las utilicen.

## MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

10 UD POR CADA LOTE/ ORDEN

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.



**Subdirectora Área Médica Servicios Centrales**

Madrid, 14 de enero de 2019

**Jefa de Sección del Servicio de  
Medina Preventiva**



**Fdo: Dra. Victoria Ramos Rodríguez**



**Fdo: Dra. Felisa Jaén Herreros**

**Supervisor de Medicina Preventiva y Esterilización**



**Fdo.: D. José Luis Torres Rodríguez**

**Supervisor de Recursos Materiales**



**Fdo.: D. Antonio Jarillo Sánchez**

**Jefa de Servicio de Riesgos Laborales**



**Fdo.: Dra. Carmen Muñoz Ruipérez**

## ANEXO

EXPEDIENTE:2018-0-79

OBJETO: SUMINISTRO DE SOLUCION ALCOHOLICA PARA LAVADO DE MANOS Y ESPUMA DESINFECTANTE SUPERFICIES

			PRESUPUESTO		
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD TOTAL 12 MESES	BASE IMPONIBLE	IVA IMPORTE TOTAL
1	080289	SOLUCION ALCOHOLICA PARA LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO	2.200	8.800,00	1.848,00 10.648,00
2	080279	DESINFECTANTES DE SUPERFICIES PARA PRODUCTOS SANITARIOS	2.100	14.910,00	3.131,10 18.041,10
				<b>23.710,00</b>	<b>4.979,10 28.689,10</b>