

## SUMINISTRO DE AGUJAS DE BIOPSIAS PARA MUESTRAS MEDIANTE ULTRASONIDOS Y TAC PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE AGUJAS DE BIOPSIAS PARA MUESTRAS MEDIANTE ULTRASONIDOS Y TAC PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

LOTE	ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	<b>AGUJAS DE BIOPSIA CON INTRODUTOR COAXIAL</b>		
	1	010907	- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permita el manejo con una sola mano - Calibre de aguja: 14G. Longitud: 11cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
	2	010901	- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permite manejar con una sola mano - Calibre de aguja 16G. Longitud: 11cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
	3	018664	- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permite manejar con una sola mano - Calibre de aguja 16G. Longitud: 15-16cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
	4	010902	- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permite manejar con una sola mano - Calibre de aguja 18G. Longitud: 11cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
	5	018665	- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permite manejar con una sola mano. - Calibre de aguja 18G. Longitud: 15-16 cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
	6		- Posibilidad de disparo automático y semiautomático. - Diseño ergonómico que permite manejar con una sola mano - Calibre de aguja 18G. Longitud: 20 cm. Tamaño de muestra 20-22 mm
2	<b>AGUJAS CHIBA CON PUNTA BISELADA</b>		
	7		- Calibre de aguja 18G. Longitud 15 cm.
	8	010871	- Calibre de aguja 20G. Longitud 15 cm.
	9		- Calibre de aguja 20G. Longitud 20 cm.
	10	010930	- Calibre de aguja 22G. Longitud 15 cm.

LOTE	ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	11		- Calibre de aguja 22G. Longitud 20 cm.
	12	010815	- Calibre de aguja 23G. Longitud 15 cm.
	13		- Calibre de aguja 23G. Longitud 20cm.
3	<b>AGUJAS HIPODERMICAS</b>		
	14	010796	- Aguja de 18G y 38 mm. - Estéril.
	15	010839	- Aguja de 20G y 38 mm. - Estéril.
	16	010736	- Aguja de 23G y 38 mm. - Estéril.
	17	010832	- Aguja de 25G y 38 mm. - Estéril
4	<b>KIT MARCADOR DE BIOPSIA MAMARIA COMPATIBLE CON RMN</b>		
	18	018389	- Aguja estéril 9G X 14 cms 20mm para biopsia de tejidos
	19	018390	- Kit introductor estéril 9G para biopsia de tejidos
	20	018391	- Marcador biopsia de mama
5	<b>AGUJAS DE BIOPSIA OSEA</b>		
	21	018870	- Kit biopsia de hueso duro, compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aguja Kirschner</li> <li>o Trócar de penetración</li> <li>o Broca.</li> <li>o Aguja biopsia coaxial</li> <li>o Empujador de muestra</li> </ul> - Calibre 11G. Longitud: 10 cm
	22		- Kit biopsia de hueso duro, compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aguja Kirschner</li> <li>o Trócar de penetración</li> <li>o Broca.</li> <li>o Aguja biopsia coaxial</li> <li>o Empujador de muestra.</li> </ul> - Calibre 11G. Longitud 15 cm
6	23	018596	- Kit biopsia de hueso 11G x 10 cm - Con introductor coaxial. - Para sistema de biopsia con taladro motorizado
	24		- Kit biopsia de hueso 11G x 15 cm - Sin introductor coaxial. - Para sistema de biopsia con taladro motorizado
7	25	010778	- Aguja biopsia medula ósea 11G x 10 cm

LOTE	ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
7	26		- Aguja biopsia medula ósea 11G x 15 cm.

**OTROS REQUISITOS:**

- ✓ El Adjudicatario del **lote 4**, entregará en cesión de uso, durante la vigencia del contrato, el siguiente equipamiento con las siguientes características: Sistema de biopsia con control automatizado exclusivamente en un único pedal, manteniendo una presión negativa constante durante la extracción de varias muestras. La transferencia de la muestra se realizara por succión y por impulsión de suero salina con el fin de minimizar cambios en la estructura y características de las muestras.
- ✓ El Adjudicatario del **lote 6**, entregará en cesión de uso, durante la vigencia del contrato, el siguiente equipamiento con las siguientes características: Taladro motorizado compatible con las agujas para biopsia y aspiración de medula ósea para acceso óseo, de peso inferior a 350 gr.


**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:**

**SI. DOS unidades por cada Lote/Orden**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 28 de noviembre de 2018

**SUBDIRECTORA MÉDICA SERVICIOS  
CENTRALES**



Fdo. Dra. Ramos Rodríguez

**JEFE SERVICIO RADIOLOGIA**




Fdo.: José Carmelo Albillos Merino

**SUPERVISORES DE RADIODIAGNÓSTICO**



Fdo.: Dª María Caparrós López



Fdo.: D. Iván Encabo Lamparero

EXPEDIENTE: 2018-0-192

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUJAS DE BIOPSIAS PARA MUESTRAS MEDIANTE ULTRASONIDOS Y TAC

					ANEXO			
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	010907	AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 14G x 11CMS	100	27,14	2.714,00	569,940	3.283,940
	2	010901	AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 16G x 11CMS	640	27,14	17.369,60	3.647,616	21.017,216
	3	018664	AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 16G x 15CMS	200	27,14	5.428,00	1.139,880	6.567,880
	4	010902	AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 18G x 11CMS	400	27,1400	10.856,00	2.279,760	13.135,760
	5	018665	AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 18G x 15CMS	240	27,1400	6.513,60	1.367,856	7.881,456
	6		AGUJA BIOPSIA CON FIADOR 18G x 20CMS	20	27,1400	542,80	113,988	656,788
2	7		AGUJA BIOPSIA CHIBA 18G x 15CM	20	8,0000	160,00	33,600	193,600

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
2	8	010871	AGUJA BIOPSIA CHIBA 20G x 15CM	60	8,0000	480,00	100,800	580,800
	9		AGUJA BIOPSIA CHIBA 20G x 20CM	20	8,0000	160,00	33,600	193,600
	10	010930	AGUJA BIOPSIA CHIBA 22G x 15CM	40	8,0000	320,00	67,200	387,200
	11		AGUJA BIOPSIA CHIBA 22G x 20CM	20	8,0000	160,00	33,600	193,600
	12	010815	AGUJA BIOPSIA CHIBA 23G x 15CM	20	8,0000	160,00	33,600	193,600
	13		AGUJA BIOPSIA CHIBA 23G x 20CM	20	8,0000	160,00	33,600	193,600
3	14	010796	AGUJA HIPODERMICA DE CARGA 18G x 38MM INTRAVENOSA CON SEGURIDAD	1.000	0,0880	88,00	18,480	106,480
	15	010839	AGUJA HIPODERMICA CON SEGURIDAD 20G x 38MM	1.000	0,0880	88,00	18,480	106,480
	16	010736	AGUJA HIPODERMICA CON SEGURIDAD 23G x 38MM	4.000	0,0880	352,00	73,920	425,920

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
3	17	010832	AGUJA HIPODERMICA CON SEGURIDAD 25G x 38MM	10.000	0,0880	880,00	184,800	1.064,800
	18	018389	AGUJA ESTERIL 9G x 14 CM 20MM PARA BIOPSIA R.M.	20	230,0000	4.600,00	966,000	5.566,000
4	19	018390	KIT INTRODUTOR ESTERIL 9G PARA BIOPSIA R.M.	20	105,0000	2.100,00	441,000	2.541,000
	20	018391	MARCADOR DE BIOPSIA MAMA compatible con RM	20	70,0000	1.400,00	294,000	1.694,000
5	21	018870	AGUJA BIOPSIA HUESO DURO 11G x 10CMS	8	261,0000	2.088,00	438,480	2.526,480
	22		AGUJA BIOPSIA HUESO DURO 11G x 15CMS	8	261,0000	2.088,00	438,480	2.526,480
6	23	018596	KIT BIOPSIA OSEA COAXIAL 11G x 10CMS CON AGUJA COAXIAL	30	250,0000	7.500,00	1.575,000	9.075,000
	24		KIT BIOPSIA OSEA COAXIAL 11G x 15 CMS CON AGUJA	20	250,0000	5.000,00	1.050,000	6.050,000
7	25	010778	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11G x 10CMS	1.240	23,2000	28.768,00	6.041,280	34.809,280
	26		AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11G x 15CMS	100	23,2000	2.320,00	487,200	2.807,200
						102.296,00	21.482,160	123.778,160