

**SUMINISTRO DE ETIQUETAS ISBT Y CODABAR PARA PRODUCTOS  
HEMOTERAPICOS Y TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE  
(PA SUM 001-2019)**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS**

**1.- OBJETO**

Suministro de etiquetas ISBT y CODABAR para productos hemoterápicos y tubos de extracción de sangre.

LOTE 1: Etiqueta en blanco 105 x 105 y cintas ribbon de cera, necesarias para la impresión de las etiquetas.

LOTE2: Cinta de Transferencia Térmica (Ribbon)

TIPO 3: Etiquetas troqueladas impresas con códigos de barras según instrucciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid

**2.- DEFINICIÓN DEL OBJETO**

Las características técnicas que deben cumplir las etiquetas son las siguientes

**LOTE 1: Para Productos (componentes sanguíneos)**

**ETIQUETAS: (650.000 UNIDADES/AÑO)**

**Tamaño** 105x105mm

**Material:**

**Papel:** imprimible blanco mate, supercalandrado sin pasta mecánica 68 gr/m2

**Adhesivo:** especial de base caucho, permanente.

**Soporte:** Siliconado papel glassine supercalandrado 61 gr/m2

**Temperatura:** Mínima de aplicación 0°

**Temperatura de servicio:** de -40° a 80°

**Embalaje:** Presentada en bobinas de 1.000 unidades “sobre un cilindro de 76 mm” en cajas de 5.000 unidades

Trepado entre etiquetas.

**LOTE2: CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON): (150 UNIDADES/AÑO)**

**Material:**

Resina de cera estándar

Espesor 4,5 micras

Película de poliéster

**Color:** negro

**Condiciones de uso:** De 5°C a 35°C

**Tamaño:** 110 mm x 450m

**Embalaje:** En cajas de 10 rollos

En todo caso, las etiquetas y cintas de transferencia ofertadas se deberán adaptar perfectamente a las impresoras del Centro (Zebra)

**LOTE3: Para Tubos, bolsas de sangre y cuestionarios:**

**ETIQUETAS: (275.000 UNIDADES/AÑO)**

**Tamaño:** 100x140mm (troqueladas en 2 columnas de 7 etiquetas, 14 subetiquetas)

**Material:**

**Papel:** imprimible blanco mate, supercalandrado sin pasta mecánica 68 gr/m2

**Adhesivo:** especial de base caucho, permanente.

**Soporte:** Siliconado papel glassine supercalandrado 61 gr/m2

**Temperatura:** Mínima de aplicación 0°

**Temperatura de servicio:** de -40° a 80°

**Embalaje:** Presentada en cajas de 500 ó 1.000 unidades en zig-zag con etiqueta de destino.

Trepado entre etiquetas.

**Impresas con códigos de barras** por transferencia térmica, según listado presentado por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

**3.- STOCK DISPONIBLE:**

**TIPO 1: ETIQUETAS 105 x 105**

El Adjudicatario dispondrá de un stock de 100.000 etiquetas en sus almacenes y de 30 unidades de cinta de transferencia térmica (Ribbon) y en el Centro de Transfusión de 50.000 etiquetas y 15 unidades de cinta de transferencia. El stock de seguridad del Centro de Transfusión será renovado de forma trimestral.

## **TIPO 2: ETIQUETAS 100 x 140**

El Adjudicatario dejará 30.000 etiquetas en blanco para posibles emergencias en las propias instalaciones del Centro de Transfusión. Este depósito será renovable cada 6 meses.

Asimismo contará con 100.000 etiquetas en blanco en sus instalaciones.

### **4.- CONDICIONES DE ENTREGA:**

#### LOTE 1: ETIQUETAS 105 x 105

Se realizarán 12 entregas durante el año, de manera mensual, según necesidades e indicaciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

#### LOTE 3: ETIQUETAS 100 x 140

La entrega de cantidades mínimas durante todo el año (desde 200 a 5.000 etiquetas) se realizará en un plazo de 8 horas. En caso de urgencia extrema, esta entrega ha de ser posible realizarla en un máximo de 3 horas.

La entrega de las etiquetas impresas se hará, bien en el Centro de Transfusión o bien en los Hospitales y Centros de salud, que se indique desde el Centro.

### **5.- EQUIPAMIENTO:**

Incluirá la cesión, en concepto de cesión de uso, de una IMPRESORA ZEBRA ZM600 PLUS, conectada y preparada para el funcionamiento con los equipos informáticos del Centro de Transfusión.

### **6.- SERVICIO TECNICO:**

Se requiere servicio técnico 24 horas ante posibles incidencias, pudiendo presentarse en las instalaciones del Centro en un periodo inferior a dos horas si así se requiere

### **6.- MUESTRAS**

Se requiere el envío de:

- Etiquetas Tipo 1: 1 rollo de 1000 unidades y 1 rollo de cinta de transferencia

térmica.

- Etiquetas Tipo 2: 1 rollo de 1000 unidades impresas con la numeración que el Centro de Transfusión indique.

El envío de las muestras se producirá al menos 24 horas antes de la fecha límite de presentación de ofertas, descartándose aquellas ofertas que no presenten muestras.

Estas muestras se probarán y se valorarán con el fin de acreditar el cumplimiento del pliego técnico, realizándose una prueba de pegado a -40°.

Todas aquellas etiquetas que no cumplan los criterios detallados en este pliego serán consideradas no aptas.

CONFORME:  
EL ADJUDICATARIO  
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,  
FECHA Y FIRMA

Madrid,  
LA DIRECTORA GERENTE