

EXPEDIENTE: 2018-0-247

SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE INCUBACIÓN EMBRIONARIA CON CULTIVO EN ATMÓSFERA EMPOBRECIDA DE OXÍGENO (TRIGAS) Y SISTEMA DE VIDEO MONITORIZACIÓN INTEGRADO (TIME-LAPSE) PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE INCUBACIÓN EMBRIONARIA CON CULTIVO EN ATMÓSFERA EMPOBRECIDA DE OXÍGENO (TRIGAS) Y SISTEMA DE VIDEO MONITORIZACIÓN INTEGRADO (TIME-LAPSE) PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE***

CARACTERÍSTICAS:


- Capacidad mínima para 14 pacientes en un mismo espacio físico con dimensión máxima aproximada de 60x60x60 cms.
- Capacidad mínima de 15 embriones por placa de cultivo.
- Creación de mezcla propia de gases mediante balas de CO₂ y Nitrógeno independientes compatibles con central de gases que suministra al resto de incubadores.
- Resolución mínima del microscopio integrado de 3 píxeles/μm².
- Microscopía que permita al menos 11 planos focales.
- Sistema server, hardware y software para el almacenamiento, gestión, programación y análisis morfofocinético de los embriones.
- Cámara de cultivo estanca (manejo individual por paciente sin alterar las condiciones de cultivo del resto de pacientes).

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 11 de diciembre de 2018

**SUBDIRECTOR MÉDICO
MATERNO-INFANTIL**



Fdo. Dr. Artillo Rembado

**JEFE DE SERVICIO OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA**



Fdo. Dr. Galindo Izquierdo

ANEXO AL PPT

Requisitos de instalación y mantenimiento

1.-Instalacion

- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

2.-Informacion del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
 - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
 - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

3.-Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantía total” y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 10 años

ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-247

OBJETO:SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE INCUBACION EMBRIONARIA PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

				PRESUPUESTO		
LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%
1	222305	Equipo de incubación embrionaria con cultivo en atmósfera empobrecida de oxígeno (trigas) y sistema de video monitorización integrado (time-lapse)	1	172.250,00	172.250,00	36.172,50
					172.250,00	36.172,50
						208.422,50