

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**Nº EXPEDIENTE: 2019-0-006**

**"ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE FLUJO Y CONEXIONES LUER  
MACHO/HEMBRA CON 3 LLAVES DE 3 PASOS CON VÁLVULA  
ANTIRRETORNO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA  
LEONOR"**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100118234592/574114136**

## EXPEDIENTE:

### **PRIMERA.- DEFINICIÓN DEL OBJETO**

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contiene las prescripciones técnicas que han de regir el contrato cuyo objeto es la adquisición de reguladores de flujo y conexiones luer macho/hembra con 3 llaves de 3 pasos con válvula antirretorno, cuyas características de obligado cumplimiento se especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

### **División en Lotes: SI**

### **Número y denominación de los Lotes:**

LOTE	SAP	DESCRIPCION
1	102388	REGULADOR DE FLUJO
2	125896	CONEXION LUER MACHO/HEMBRA CON 3 LLAVES DE 3 PASOS CON VALVULA ANTIRRETORNO

### **SEGUNDA.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

#### **LOTE 1: REGULADOR DE FLUJO.**

Regulador de flujo compuesto por dos piezas cilíndricas que giran sobre sí mismas para el ajuste mecánico de la velocidad de flujo para sistemas de infusión por gravedad, sin punto de inyección.

Desechable, estéril en envase individual.

#### Características del prolongador:

- Plástico transparente compatible con lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder caustico, con sangre y hemoderivados.
- Conector luer-lock hembra en su extremo proximal provisto de tapón protector, fácilmente separable.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001182345927574114136**

- Conector luer-lock macho en su extremo distal provisto de tapón protector, fácilmente separable.
- Antiacodable, sin memoria de plegado.

Características del regulador de flujo:

- Intervalo de 0 a 250 ml/H.
- Escala con óptima visualización, y que no se borre fácilmente.
- El giro manual no debe permitir giro accidental.

**LOTE 2: CONEXION LUER MACHO/HEMBRA CON 3 LLAVES DE 3 PASOS CON VÁLVULA ANTIRRETORNO.**

Alargadera trifurcada con conexión luer-lock macho de tres vías con válvulas anti retorno, para la administración simultánea de medicación o fluidos sin aguja ni desconexión, especial para administración de anestésicos.

- Terminal macho y hembra para inyección.
- 3 bifurcaciones transparentes con conexión luer lock hembra.
- Conexión Luer macho rotatorio.
- Longitud del sistema: mínimo 15 cm.
- Con 3 válvulas antirretorno con las siguientes características mínimas:
  - Presión máxima antirreflujo: 6 bar.
  - Presión máxima antisifón: 20 bar.
  - Flujo: 1.200ml/h.

**TERCERA.-ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS LOTES:**

- Todos los productos ofertados deberán cumplir durante la vigencia del contrato, las condiciones recogidas en el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por la que se regulan los productos sanitarios.
- Todos los materiales han de estar libre de látex y DEHP,
- Declaración responsable del cumplimiento de la legislación medioambiental de aplicación vigente.
- En el etiquetado de todos los envases deberá figurar en español, incluyendo como mínimo, los siguientes datos:
  - Identificación del fabricante.
  - Número de Lote.
  - Fecha de caducidad.
  - Denominación del producto (modelo y referencia comercial)
  - Marcado CE.
  - Indicación de que el producto es de un solo uso.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **100118234592/574114136**

- Método de esterilización empleado para productos estériles.

MADRID,  
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: M<sup>a</sup> del Carmen Pantoja Zarza



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100118234592/574114136**

## ANEXO I

LOTE	SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	B.I.	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	102388	REGULADOR DE FLUJO	31.000	0,389	12.059,00	2.532,39	14.591,39
2	125896	CONEXION LUER MACHO/HEMBRA CON 3 LLAVES DE 3 PASOS CON VALVULA ANTIRRETORNO	4.000	7,000	28.000,00	5.880,00	33.880,00
<b>TOTAL</b>					<b>40.059,00</b>	<b>8.412,39</b>	<b>48.471,39</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **100118234592/574114136**