



Constado un error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato de servicios **ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA DE ANIMALES DE COLMENAR VIEJO (CIAAM)**, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, en la página 1 del mencionado Pliego donde dice:

“El equipo comprende el conjunto denominado Digital Futura 30TS+CR

Especificaciones técnicas del Equipo de Rayos X para el diagnóstico por imagen de los animales acogidos es:

- Mesa flotante en dos direcciones (longitudinal y transversal).
- Columna que no requiere sujeción a la pared ni al suelo.
- Pantalla táctil (9") con consola de mandos sobre el colimador.
- Electrónica bajo el tablero.
- Potencia: 30 kW
- mA máximos:400
- Portachasis para todos los formatos.
- Dimensiones estándar tablero 140x65 cm.
- Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración)
- Colimador Centrador Luminoso.
- Cables de Alta Tensión ocultos.
- Parrilla Antidifusora de Alta relación R 12:1 sobre el Portachasis.
- Distancia Foco-Placa 100cm.
- Perfiles en Aluminio.
- Conexión a USB externa.
- Conexión a internet.
- Sistema digital indirecto, CR VITA FLEX.
- Ordenador.
- Pack de protección: 2 delantales, 2 manoplas, 2 tiroides.”

Debe decir:

*“El equipo comprende el conjunto denominado Digital Futura 30TS **o equivalente** +CR*

Especificaciones técnicas del Equipo de Rayos X para el diagnóstico por imagen de los animales acogidos es:

- Mesa flotante en dos direcciones (longitudinal y transversal).
- Columna que no requiere sujeción a la pared ni al suelo.
- Pantalla táctil (9") con consola de mandos sobre el colimador.
- Electrónica bajo el tablero.
- Potencia: 30 kW
- mA máximos:400
- Portachasis para todos los formatos.



- Dimensiones estándar tablero 140x65 cm.
- Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración)
- Colimador Centrador Luminoso.
- Cables de Alta Tensión ocultos.
- Parrilla Antidifusora de Alta relación R 12:1 sobre el Portachasis.
- Distancia Foco-Placa 100cm.
- Perfiles en Aluminio.
- Conexión a USB externa.
- Conexión a internet.
- Sistema digital indirecto, CR VITA FLEX **o equivalente**.
- Ordenador.
- Pack de protección: 2 delantales, 2 manoplas, 2 tiroides.”

Madrid, a fecha de firma
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y
BIENESTAR ANIMAL

