

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CLORHEXIDINA ACUOSA ENJUAGUE AL 2% NEUMONIA ZERO Y TOALLITAS DESINFECCION PARA SONDA ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE CLORHEXIDINA ACUOSA ENJUAGUE AL 2% NEUMONIA ZERO Y TOALLITAS DESINFECCION PARA SONDA ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE*.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	080253	<p>CLORHEXIDINA ACUOSA ENJUAGUE BUCAL 0,2 Antiséptico para uso en mucosa oral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composición: 0,2 gr de digluconato por cada 100 ml de excipiente. • Envase de 250 ml. • Presentación enjuague bucal. • Producto con marcado CE. • Exento látex y ftalatos. <p>Indicación: Aplicación en protocolo de Neumonía Zero, para prevención y tratamiento de infecciones en mucosa oral.</p>
2	080105	<p>TOALLITA DE DESINFECCIÓN PARA SONDA ECOCARDIOGRÁFICA TRANSESOFÁGICA Sistema de toallitas para reprocesamiento completo de productos sanitarios invasivos sin canales internos compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toallita individual para limpieza enzimática. • Toallita individual para desinfección de alto nivel. • Toallita individual de aclarado • Normativa a cumplir: EN 14885 (eficacia bactericida, micobactericida, virucida y esporicida). • Producto con marcado CE Clase IIb. • Exento látex y ftalatos. <p>Indicación: Desinfección sonda ecocardiográfica transesofágica y otros procesos invasivos.</p>

Es requisito indispensable plan de formación con presencia física en las unidades usuarias, en caso de ser empresa adjudicataria, indicando número de sesiones, días formativos, cronograma, etc.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

3 UNIDADES POR CADA LOTE

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 18 de febrero de 2019

Directora de enfermería

 **Hospital Universitario**
12 de Octubre
DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Fdo: D^a. Andión Goñi Olangua

Supervisor de Recursos Materiales



Fdo.: D. Antonio Jarillo Sánchez

ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-182

OBJETO: SUMINISTRO DE CLORHEXIDINA ACUOSA ENJUAGUE AL 2% NEUMONIA ZERO Y TOALLITAS DESINFECCION PARA Sonda
ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA

LOTE	COD ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRESUPUESTO			
				PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	080253	CLORHEXIDINA ACUOSA ENJUAGUE 2% NEUMONIA ZERO	4.400	4,59	20.196,00	4.241,16	24.437,160
2	080105	TOALLITAS DESINFECCION PARA Sonda ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA	2.400	5,68	13.632,00	2.862,72	16.494,720
					33.828,00	7.103,88	40.931,880