

## **MODIFICACION DEL INFORME TECNICO EXPEDIENTE NºA/SUM -007132/2019 "BOLSA DE DIURESIS Y DRENAJES "**

Advertido un error en el informe técnico del expediente Nº A/SUM -007132/2019 "BOLSA DE DIURESIS Y DRENAJES en el LOTE 8 Nº DE ORDEN 9, cuyos resultados fueron publicados en el tablón de anuncios de Portal de Contratación en fecha 14 de mayo de 2019, relativo a la valoración de la empresa ICU MÉDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS S.L, consistente en que aparece como que cumple las prescripciones técnicas y se le valora con 15 puntos, resultando con ello la que mejor puntuación general obtiene en el lote, cuando realmente ésta no cumple las prescripciones técnicas y por ello se emite, por el servicio correspondiente, una modificación del informe técnico relativo al citado lote descartando la oferta de ICU MÉDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS S.L por no presentar válvula antirretorno en las bolsas finales.

Al comunicar este nuevo informe a ICU MÉDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS S.L ésta presenta alegaciones al mismo. Tras el estudio de dichas alegaciones se emite nuevo informe en el que se ratifica la exclusión de la licitación del lote a dicha empresa, pero por la usencia de válvula antirreflujo y no antirretorno como se expresó en el anterior informe, resultando ser la empresa LIBERA MÉDICA S.L la que obtiene mejor puntuación general en dicho lote.

Por consiguiente, la valoración técnica definitiva de Lote 8, número de orden 9 es la siguiente:

### **Nº DE ORDEN 9: BOLSA ASPIRACION PARA SISTEMA DE VACIO CON VÁLVULA**

Bolsa de plástico para aspiración para sistema de vacío, preferiblemente exento de PVC. Con capacidad de al menos 2 litros, posible conexión en serie.

Tapón incorporado a la tapa para cierre hermético, sustancia antiespumante que evita la contaminación ambiental, válvula antirreflujo y filtro antibacteriano.

Con filtro bacteriano para proteger de contaminaciones accidentales las tomas de pared y válvula antirretorno en las bolsas finales.

Sellado resistente a caída y a aumento de presión.

La empresa ICU MEDICAL PROD.FARMA HOSPIT.S.L no presenta válvula antirreflujo

Se procede a la subsanación, quedando de la siguiente forma:

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ICU MEDICAL PROD.FARMA.HOSPIT S.L	<b>NO CUMPLE</b> las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> <li>no presenta válvula antirreflujo</li> </ul>
IZASA HOSPITAL S.L.U	<b>NO CUMPLE</b> las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta con la misma referencia a los dos números de orden, siendo éstos diferentes por solicitar uno con válvula y el otro sin ella.</li> </ul>
LIBERA MEDICA S.L	<b>SI CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
LINDE MEDICA S.L.U	<b>SI CUMPLE</b> las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	LIBERA MEDICA S.L	LINDE MEDICA S.L.U
1. Cuando se utiliza en líneas alternativas durante las cirugías permite sustituir las bolsas sin interrumpir la aspiración y por lo tanto la cirugía:		
• Permite SI..... 15 puntos	15 puntos	0 puntos
• Permite NO..... 0 puntos		
2. Presenta tamaño reducido para facilitar el almacenaje:		
• Presenta SI..... 15 puntos	15 puntos	15 puntos
• Presenta NO..... 0 puntos		
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>30 puntos</b>	<b>15 puntos</b>

Móstoles a 30 de mayo de 2019  
Fdo. Esther MARTÍN MEDINA



Responsable de Recursos Materiales