

P.A2. 2019-0-144

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION  
DEL SUMINISTRO DE BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA EL  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCION TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>1</b>	<b>VARIOS</b>	<b>BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Broncoscopio Flexible un solo uso, estéril.</li> <li>- Libre de látex y ftalatos.</li> <li>- Sistema Óptico: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Campo de visión 85º, profundidad de campo 6-50mm</li> <li>o Método iluminación LED</li> </ul> </li> <li>- Parte insertada: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Angulo de flexión: 180º arriba, entre 150º y 180º abajo</li> <li>o Diámetro de canal: entre 3,8mm a 5,8mm</li> <li>o Longitud de trabajo de 500-700 mm</li> </ul> </li> <li>- Con conector de aspiración y botón de aspiración.</li> <li>- Puerto de canal de trabajo que permita instilación de líquidos de inserción de accesorios endoscópicos compatible con el diámetro del canal.</li> <li>- Conectable a monitor portátil de alta resolución.</li> <li>- Se presentarán 3 tamaños de los siguientes diámetros externo e interno: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pequeño: 3,8/1,2 mm</li> <li>+ Mediano: 5,0/2,2 mm</li> <li>+ Grande: 5,8/2,8 mm</li> </ul> </li> </ul>

Madrid, 5 de noviembre de 2019

  
 Fdo.: Luis Santé Serna  
 Jefe Servicio de Anestesiología y Reanimación

  
 Fdo.: Cristina Fernández Pérez  
 Jefa Servicio Medicina Preventiva

P.A2. 2019-0-144

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION  
DEL SUMINISTRO DE BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA EL  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**3.- CESIÓN DE EQUIPOS:**

El adjudicatario cederá los monitores portátiles y los equipos de toma de muestras, junto a todos los accesorios imprescindibles que garanticen el correcto funcionamiento de los broncoscopios.

**4.- ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, 5 de noviembre de 2019

  
Fdo.: Luis Santé Serna  
Jefe Servicio de Anestesiología y Reanimación

  
Fdo.: Cristina Fernández Pérez  
Jefa Servicio Medicina Preventiva