

EXPEDIENTE N° 2020-0-011

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
MASCARILLAS LARÍNGEAS DE ACCESO GÁSTRICO PARA EL SERVICIO
DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.**

PRIMERA.-DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición mascarillas laríngeas de acceso gástrico para el servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL).

División en Lotes: NO.**Número y denominación de los Lotes:**

LOTE	NºOrden	SAP	DESCRIPCION
1	1	116247	MASCARILLA LARINGEA ACCESO GASTRICO PARA PACIENTES DE 30-50 Kg APROX.
	2	116248	MASCARILLA LARINGEA ACCESO GASTRICO PARA PACIENTES DE 50-70 Kg APROX.
	3	116249	MASCARILLA LARINGEA ACCESO GASTRICO PARA PACIENTES DE 70-100 Kg APROX.



SEGUNDA.-PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

- Canal de acceso gástrico integrado.
- Curvatura anatómica, preformada y flexible para seguir la anatomía de la vía aérea y asegurar una fácil inserción.
- Posibilidad de intubación con tubos endotraqueales.
- Bloque antimordedura para evitar oclusiones.
- Con balón piloto externo.
- Presión mínima de 30 cmH₂O para sellado orofaríngeo.
- Desechable.
- En envase individual.
- Libre de látex.
- Estéril.
- No podrá contener, individualmente o en cualquier combinación, los ftalatos enumerados en el Reglamento (UE) 2018/2005 en una concentración que sea igual o superior al 0,1% en peso del material.
- Diferentes medidas:
 - o Nº Orden 1.1. – Mascarilla laríngea acceso gástrico para pacientes de 30-50 kg aprox.
 - o Nº Orden 1.2. - Mascarilla laríngea acceso gástrico para pacientes de 50-70 kg aprox.
 - o Nº Orden 1.3. - Mascarilla laríngea acceso gástrico para pacientes de 70-100 kg aprox.

TERCERA.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.



- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,
Madrid, a día de la fecha
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN PANTOJA ZARZA
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.02.26 10:53:23 CET
Huella dig.: c9e1aafa1d0ae5b394284e676b974c67d4d0f755

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000178341178454143738**