

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL FECAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de sistemas de control fecal para el Hospital Universitario 12 de Octubre

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| LOTE               | CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO  |
|--------------------|--------|---|
| 1<br>(Orden 1 y 2) | 017692 | <p><b>SISTEMA CONTROL FECAL:</b></p> <p><b>Equipo que consta de:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un catéter de silicona blanda de al menos 150 cm.</li> <li>2. Una jeringa luer-lock calibrada a 45 ml para evitar riesgo de sobrellenado.</li> <li>3. 3 bolsas colectoras cerradas con filtro para olor y con tapa integrada, que permitan medir el débito de las deposiciones.</li> <li>4. Una pinza clamp.</li> <li>5. Manual de instrucciones en castellano.</li> </ol> <p><b><u>Características:</u></b></p> <p><b>Catéter de silicona blanda de al menos 1,50 m:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el extremo distal presenta un balón de retención de baja presión, para no producir erosiones en la mucosa rectal, con línea indicadora de correcta posición a unos 5 cm que presente sistema de fácil inserción y colocación justamente en la ampolla rectal.</li> <li>▪ Un puerto de irrigación tanto para lavado de sonda como para administración de medicamentos.</li> <li>▪ Puerto de inflado del balón que incorpore señal indicadora de inflado, permitiendo el control de volumen adecuado introducido (en función del ampolla rectal de cada paciente, indicando el exceso de volumen de llenado).</li> <li>▪ Puerto para toma de muestras con jeringa sin aguja.</li> <li>▪ Hendidura digital en su extremo distal que permita realización de tacto rectal en el momento de su introducción.</li> <li>▪ Barrera contra el olor presente a lo largo de TODO el catéter certificado.</li> <li>▪ Dispositivo de sujeción del sistema a la cama.</li> <li>▪ Conector a bolsa.</li> </ul> |

| LOTE | CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO  |
|------|--------|---|
|      |        | <p><b>Una jeringa de 3 piezas luer-lock calibrada a 45 ml translúcida y 3 Bolsas colectoras cerradas de plástico con tapa integrada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compatibles con el sistema.</li> <li>▪ Con filtro de olor demostrable.</li> <li>▪ Calibrada con volumen entre 1000-1500ml.</li> <li>▪ Que permitan medir el débito de las heces.</li> <li>▪ Facilidad de apertura del envase.</li> <li>▪ Exento de látex identificado en el etiquetado.</li> <li>▪ Presentación en envase individual.</li> <li>▪ Libre de PVC y ftalatos.</li> </ul> <p><b><u>Indicación:</u></b><br/>Manejo de pacientes con problemas de incontinencia fecal y el consiguiente riesgo de lesiones cutáneas.</p> |
|      | 017691 | <p><b>BOLSA COLECTORA CERRADA DE PLÁSTICO CON TAPA INTEGRADA PARA SISTEMA CONTROL FECAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compatible con el sistema.</li> <li>▪ Con filtro de carbón activado.</li> <li>▪ Calibrada con volumen entre 1000-1500ml.</li> <li>▪ Que permita medir el débito de las heces.</li> <li>▪ Facilidad de apertura del envase.</li> <li>▪ Exento de látex identificado en el etiquetado.</li> <li>▪ Libre de PVC y ftalatos.</li> <li>▪ Presentación en cajas de 10 uds., envasadas individualmente.</li> </ul>   |

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI**  
**2 uds por orden**


- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

### OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, de 2 de diciembre de 2019

EL SUPERVISOR DE RRMM



Fdo: Antonio Jarillo Sánchez

**EXPEDIENTE :2020-0-70**

**OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL FECAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

|      |             |                |   |                                 |                                  | PRESUPUESTO       |                   |                   |                   |  |          |
|------|-------------|----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| LOTE | Nº<br>ORDEN | CODIGO<br>ARTº | DESCRIPCION ARTICULO  | CANTIDAD<br>INICIAL 24<br>MESES | CANTIDAD<br>PRORROGA<br>24 MESES | PRECIO<br>S/IVA   | BASE<br>IMPONIBLE | IVA 10%           | IMPORTE<br>TOTAL  | VALOR ESTIMADO<br>(incluida<br>modificación) | EPIGRAFE |
| 1    | 1           | 017692         | SISTEMA CONTROL FECAL   | 160                             | 160                              | 262,00            | 41.920,000        | 4.192,000         | 46.112,000        | 92.224,000                                   | 27004    |
|      | 2           | 017691         | BOLSA COLECTORA CERRADA DE<br>PLASTICO CON TAPA PARA SISTEMA<br>CONTROL FECAL | 200                             | 200                              | 2,75              | 550,000           | 55,000            | 605,000           | 1.210,000                                    | 27004    |
|      |             |                |   |                                 |                                  | <b>42.470,000</b> | <b>4.247,000</b>  | <b>46.717,000</b> | <b>93.434,000</b> |  |          |