

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE UN ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA**

PASA2 2019-7-167

Descripción del objeto del contrato:

- Monitor LED de alta resolución de, al menos, 21.5"
- Ruido del sistema 40dB
- Disco duro integrado HDD de, al menos, 500 GB
- Dvd integrado.
- Döpler pulsado, Döpler Color, Döpler S-Flo, Power Döpler
- Profundidad de campo 2 cm mínimo a 38 cm máximo
- Optimización automática de la imagen y Döpler (Quick Scan)
- Canales de procesamiento de 573.000 canales
- Rango dinámico de al menos 256 dB.
- Zoom de lectura de: 100-8 00%
- Humedad 75%
- Zoom de escritura: panoramización, ángulo libre
- Al menos 6 Puertos USB 2.0 o superior
- Conexión a Pac's Dicom 3.0
- Mediciones: distancias, circunferencias, áreas, volumen, ángulos, ángulo de cadera.
- Salida HDMI
- Döpler bidireccional, y posibilidad de Döpler continuo CW
- Sonda abdominal convexa con frecuencia de banda ancha de C 2-8 Mhz.
- Sonda transvaginal con frecuencia de banda ancha EVN 4-9 Mhz.

Madrid, 2 de septiembre de 2019



Director del ISM



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239913653077380587085

Presupuesto base de licitación.

El importe de licitación se corresponde con los valores actuales del mercado.

LOTE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDADES	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA (21%)	TOTAL € C/IVA
1	ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA.	1	12.000,00€	2.520,00€	14.520,00

En Madrid, a 2 de septiembre de 2019



Fdo. Dr. Pluvio Coronado
Director del Instituto de Salud de la Mujer

