

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a 48 horas y el proveedor tendrá la obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.
10. Declaración certificando que el electrodo es original de la marca y modelo para el desfibrilador solicitado. Se presentará para todos los lotes

**Normativa general**

11. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, actualizado por el RD 1591/2009 de productos sanitarios.

**Otras normativas**

- EN ISO 10993-10:2013 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea. (ISO 10993-10:2010). Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO 10993-10:2010)

## RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416





Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento puede comprobarse en el siguiente enlace: [www.madrid.org/csv/103799289250275052840](http://www.madrid.org/csv/103799289250275052840)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	101300	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO REANIBEX 200/300/500/700/800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador Reanibex 200 / 300 / 500 / 700 / 800</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
1	1.2	101301	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO REANIBEX 300/500/700/800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador Reanibex 300 / 500 / 700 / 800</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
mediante el siguiente código de Verificación: 103778928925068152840

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.1	105063	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador CARDIAC SCIENCE POWERHEART G5</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
2	2.2	105064	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO POWERHEART G5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador CARDIAC SCIENCE POWERHEART G5</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo sobre la colocación del electrodos</li> </ul>



**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.1	101229	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador CARDIAC SCIENCE POWERHEART G3- GE RESPONDER AED PRO</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
3	3.2	101276	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador CARDIAC SCIENCE POWERHEART G3-GE RESPONDER AED PRO</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> <li>Con reductor de energía incorporado</li> </ul>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código de verificación: 10377899525085152840



**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	101116	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO DEFIBTECH LIFELINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>• Electrodo ORIGINAL para desfibrilador DEFIBTECH LIFELINE</li> <li>• Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>• Exento de látex</li> <li>• Foam grado médico</li> <li>• Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>• Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>• El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>• Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
4	4.2	101117	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO DEFIBTECH LIFELINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>• Electrodo ORIGINAL para desfibrilador DEFIBTECH LIFELINE</li> <li>• Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>• Exento de látex</li> <li>• Foam grado médico</li> <li>• Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>• Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>• El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>• Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> <li>• Con atenuador de energía incorporado a 50 julios</li> </ul>

La autenticidad de este documento puede comprobarse en www.comprascomunidadmadrid.es mediante el código de verificación: 103778928925085152840



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.1	105688	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MEDIANA D500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador MEDIANA D500</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
5	5.2	105689	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MEDIANA D500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador MEDIANA D500</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: 103778928455085152840

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.1	117081	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO+CARGADOR BATERIA LIFEPAK CR PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo desfibrilador + cargador batería adulto ORIGINAL para LIFEPAK CR PLUS</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> <li>Incluirá 1 par de electrodos y 1 cargador de batería CHARGE PAK.</li> </ul>
7	7.1	101240	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO LIFEPAK 500(ROSA)/1000/CR PLUS/EXPRESS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador LIFEPAK 500 con conector de color rosa /1000 /CR PLUS / EXPRESS</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> <li>Reductor de energía</li> </ul>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
mediante el siguiente código de verificación: **10377879289560825052940**



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



1037789285085152840  
www.madrid.org/psv  
Medios de comprobación: 1037789285085152840  
Se puede comprobar en el portal de la Comunidad de Madrid  
mediante el código de verificación: 1037789285085152840

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.1	115973	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
9	9.2	115996	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MINDRAY D3/D6 CABLE 80CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037789289550875152840

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.1	101121	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
10	10.2	101124	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> <li>Reductor de energía</li> </ul>



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	11.1	101181	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY DG4000/5000/LIFE ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para SCHILLER FRED EASY DG4000/5000/LIFE</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
11	11.2	101182	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED ESAY DG4000/5000/LIFE PEDIATRICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para SCHILLER FRED EASY DG4000/5000/LIFE</li> <li>Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>Exento de látex</li> <li>Foam grado médico</li> <li>Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>



Comunidad  
de Madrid

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento puede comprobarse en www.comunidaddemadrid.org/psv mediante el siguiente código de verificación: 10377892855085152840

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.1	101126	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO TIPO ZOLL AED PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>• Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para ZOLL AED PLUS</li> <li>• Parche de desfibrilación con cable Adultos &gt;25 kg</li> <li>• Exento de látex</li> <li>• Foam grado médico</li> <li>• Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>• Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>• El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>• Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>
12	12.2	101127	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO TIPO ZOLL AED PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación</li> <li>• Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para ZOLL AED PLUS</li> <li>• Parche de desfibrilación con cable Pediátrico &lt; 25 kg</li> <li>• Exento de látex</li> <li>• Foam grado médico</li> <li>• Gel conductor adhesivo baja impedancia</li> <li>• Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso</li> <li>• El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso</li> <li>• Pictograma explicativo de la colocación del electrodo</li> </ul>



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

A/SUM-038491/2019

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
<b>1</b>			<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR REANIBEX</b>				<b>4.950,00</b>	<b>21</b>	<b>5.989,50</b>
	1.1	101300	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO REANIBEX 200/300/500/700/800	unidad	30,000000	60	1.800,00	21	2.178,00
	1.2	101301	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO REANIBEX 300/500/700/800	unidad	45,000000	70	3.150,00	21	3.811,50
<b>2</b>			<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR POWERHEART G5</b>				<b>4.986,00</b>	<b>21</b>	<b>6.033,06</b>
	2.1	105063	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G5	unidad	180,000000	20	3.600,00	21	4.356,00
	2.2	105064	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO POWERHEART G5	unidad	99,000000	14	1.386,00	21	1.677,06
<b>3</b>			<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO</b>				<b>2.334,00</b>	<b>21</b>	<b>2.824,14</b>
	3.1	101229	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	unidad	46,000000	12	552,00	21	667,92
	3.2	101276	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	unidad	99,000000	18	1.782,00	21	2.156,22
<b>4</b>			<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR DEFIBTECH LIFELINE</b>				<b>1.966,44</b>	<b>21</b>	<b>2.379,39</b>
	4.1	101116	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO DEFIBTECH LIFELINE	unidad	75,630000	8	605,04	21	732,10
	4.2	101117	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO DEFIBTECH LIFELINE	unidad	136,140000	10	1.361,40	21	1.647,29
<b>5</b>			<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR MEDIANA D500</b>				<b>10.829,00</b>	<b>21</b>	<b>13.103,09</b>
	5.1	105688	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MEDIANA D500	unidad	49,000000	127	6.223,00	21	7.529,83
	5.2	105689	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MEDIANA D500	unidad	49,000000	94	4.606,00	21	5.573,26

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037789289250275052840



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037789289250275052840**

<b>6</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO+CARGADOR BATERIA LIFEPAK CR PLUS</b>					<b>5.616,00</b>	<b>21</b>	<b>6.795,36</b>
	6.1	117081	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO+CARGADOR BATERIA LIFEPAK CR PLUS	unidad	144,000000	39	5.616,00	21	6.795,36
<b>7</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO LIFEPAK 500(ROSA)/1000/CRPLUS/EXPRESS</b>					<b>6.192,00</b>	<b>21</b>	<b>7.492,32</b>
	7.1	101240	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO LIFEPAK 500(ROSA)/1000/CRPLUS/EXPRESS	unidad	86,000000	72	6.192,00	21	7.492,32
<b>8</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR LIFEPAK</b>					<b>14.892,00</b>	<b>21</b>	<b>18.019,32</b>
	8.1	101118	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO LIFEPAK 12/15/20/20E/500/1000	unidad	44,000000	300	13.200,00	21	15.972,00
	8.2	100579	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO LIFEPAK 12/15/20/20E	unidad	47,000000	36	1.692,00	21	2.047,32
<b>9</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR MINDRAY</b>					<b>9.635,00</b>	<b>21</b>	<b>11.658,35</b>
	9.1	115973	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE	unidad	27,600000	100	2.760,00	21	3.339,60
	9.2	115996	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MINDRAY D3/D6 CABLE 80CM	unidad	55,000000	125	6.875,00	21	8.318,75
<b>10</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART</b>					<b>10.229,00</b>	<b>21</b>	<b>12.377,09</b>
	10.1	101121	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	unidad	34,500000	80	2.760,00	21	3.339,60
	10.2	101124	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	unidad	97,000000	77	7.469,00	21	9.037,49
<b>11</b>		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY</b>					<b>8.436,30</b>	<b>21</b>	<b>10.207,92</b>
	11.1	101181	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY DG4000/5000/LIFE ADULTO	unidad	36,980000	100	3.698,00	21	4.474,58
	11.2	101182	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED ESAY DG4000/5000/LIFE PEDIATRICO	unidad	48,350000	98	4.738,30	21	5.733,34



**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales



La autenticidad de este documento puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037789289250275052840

12		<b>ELECTRODO DESFIBRILADOR TIPO ZOLL AED PLUS</b>					<b>3.360,00</b>	<b>21</b>	<b>4.065,60</b>
12.1	101126	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO TIPO ZOLL AED PLUS	unidad	140,000000		8	1.120,00	21	1.355,20
12.2	101127	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO TIPO ZOLL AED PLUS	unidad	112,000000		20	2.240,00	21	2.710,40

<b>83.425,74</b>	<b>17.519,40</b>	<b>100.945,14</b>
------------------	------------------	-------------------

POR LA ADMINISTRACIÓN:  
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
(Por delegación mediante Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales),  
La Directora Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica

Fdo.: M<sup>a</sup> Luisa Peris Díaz