

Nº EXPEDIENTE: GCASU 2019-234

**DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RESECCIÓN PARA
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS**

En función de las competencias atribuidas, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a las mesas de contratación y una vez calificada la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la citada Ley, se acuerda la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores, una vez cumplido el trámite de subsanación:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

Nº lote	Licitador	Motivo exclusión
1	ALBYN MEDICAL, S.L. (B62943063)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	CARDIOLINK, S.L. (B62989264)	NO SUBSANAR LOS REQUISITOS PREVIOS
1	COOK ESPAÑA, S.A. (A08525073)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (B80957889)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	IZASA HOSPITAL S.L.U. (B08438731)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L. (B80749781)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	OLYMPUS IBERIA, S.A. (A08214157)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA. NO CUMPLE ALAMBRE DE CORTE "RÍGIDO"
1	PALEX MEDICAL, S.A. (A58710740)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
1	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A. (A80776867)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA REDONDEADA
2	PALEX MEDICAL, S.A. (A58710740)	EXCLUIDO, TRAS SOLICITAR CONFIR. DE SU OFERTA ANORMAL E INDICAR QUE ES ERRONEA
3	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (B80957889)	NO CUMPLE EL PPT- ASA NO COMPATIBLE CON TODAS LAS FUENTES DE ELECTROBISTURI
3	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L. (B80749781)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA HEXAGONAL
3	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A. (A80776867)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE FORMA DE ASA HEXAGONAL
4	ALBYN MEDICAL, S.L. (B62943063)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO
4	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (B80957889)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO. NO CUMPLE APERTURA CLIP ENTRE 70-85 grados
4	IZASA HOSPITAL S.L.U. (B08438731)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO
4	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L. (B80749781)	O. Base y V.- NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO
4	PALEX MEDICAL, S.A. (A58710740)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO
4	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A. (A80776867)	NO CUMPLE EL PPT- NO DISPONE DE DOS MECANISMOS DE ROTACION INDEPENDIENTES EN EL MISMO DISPOSITIVO
5	ALBYN MEDICAL, S.L. (B62943063)	SUPERA EL PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN
5	CARDIOLINK, S.L. (B62989264)	NO SUBSANAR LOS REQUISITOS PREVIOS
5	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L. (B80749781)	NO CUMPLE EL PPT- AGUJA DE CALIBRE 23G CON LONGITUD DE CATÉTER ADECUADA PARA GASTROSCOPIA (160 CM + 10 CM)
5	PALEX MEDICAL, S.A. (A58710740)	NO CUMPLE EL PPT- AGUJA DE CALIBRE 23G CON LONGITUD DE CATÉTER ADECUADA PARA GASTROSCOPIA (160 CM + 10 CM)
5	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A. (A80776867)	NO CUMPLE EL PPT- AGUJA DE CALIBRE 23G CON LONGITUD DE CATÉTER ADECUADA PARA GASTROSCOPIA (160 CM + 10 CM)

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018549916040245312481**