



**EXPEDIENTE:** 2019000038

### OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Material de oxigenoterapia para el Servicio de Anestesia, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR

- Formado por una pieza de plástico rígido con conexiones en la parte superior para válvula de control y tubo corrugado. Extremo proximal conecta a tubo acodado y extremo distal a balón.
- Con conector o rótula angulada giratoria, de plástico rígido, con tapón, para adaptar mascarilla.
- Tubo corrugado de plástico flexible, de 15mm de diámetro.
- Válvula control de presión.
- Balón de 2 L.
- De 150cm de longitud aprox.
- En envase individual.
- Marcado CE.
- Exento de látex.

Aplicaciones: Para ventilación mecánica

2	2	407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/ CONECTOR GIRATORIO
---	---	--------	--

- Formado por dos piezas de tubo corrugado de plástico flexible, de 22mm de diámetro, unidos en Y.
- Con conector o rótula angulada giratoria.
- Tapón incorporado para capnografía.
- De 1,8 m de longitud.
- En envase individual.
- Marcado CE.
- Exento de látex.

Aplicaciones: Para ventilación mecánica



3	3	970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS
---	---	--------	--------------------------------------

- Filtro externo hidrófugo
- Tubo corrugado de 20 cm de longitud aproximada.
- Con conexión de 15 y 22 mm a circuito externo y toma de capnografía.
- En envase individual.
- Exento de látex
- Marcado CE

Aplicaciones: Para evitar la contaminación del circuito respiratorio.


4	4	304553	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 3
	5	304554	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 4
	6	304555	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 5

Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo, preformada, con curvatura anatómica, de material histocompatible.

- Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador).
- Balón piloto con válvula de control y con identificación del tamaño.
- Punta reforzada y guía de profundidad.
- Fácil y rápida inserción.
- En envase individual.
- Exenta de látex y ftalatos
- No reutilizable.
- Marcado CE.

5	7	273902	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO E INTUBACIÓN TRAQUEAL DESECHABLE Nº 3
	8	273903	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO E INTUBACIÓN TRAQUEAL DESECHABLE Nº 4
	9	273904	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GÁSTRICO E INTUBACIÓN TRAQUEAL DESECHABLE Nº 5

Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo, preformada, con curvatura anatómica, de material histocompatible, preparada para permitir la intubación a su través.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

Dos sellos: sello orofaríngeo y sello esofágico.


- Extremo proximal con conector universal de 15 mm (conexión con tubuladura de respirador).
- Balón piloto con identificación del tamaño.
- Bloqueo antimordedura.
- Fácil y rápida inserción
- Con un canal de drenaje gástrico; en tamaños 3, 4 y 5 posibilidad de colocar sonda oro-gástrica mayor de 10 Fr.
- Presión de sellado orofaríngeo, mínimo 30 cmH<sub>2</sub>O.
- Con sistema para fijación.
- En envase individual.
- Exenta de látex y ftalatos.
- No reutilizable.
- Marcado CE.

#### ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
  - ☒ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
  - ☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1616/2009, de 26 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.
  - ☐ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1662/2000, de 29 de Septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", modificado por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y por el Real Decreto 109/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
  - ☒ Certificado de Exención de látex.
  - ☐ Otra legislación \_\_\_\_\_.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**.  
CINCO MUESTRAS DE CADA Nº DE ORDEN  
En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrán ser solicitadas con posterioridad.  
El procedimiento será:



- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
  - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
    - Nº Procedimiento.
    - Nº de Lote – Orden.
    - Nombre del proveedor.
  - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
  - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
5. Etiquetado en el que figure:
- a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SaludMadrid SERVICIO DE SUMINISTROS		<b>SUMC</b>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	--	-------------	--	----------

**P.A. 20190000038**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1		407001	CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR	UNIDAD	7.100	6,006198	42.644,01	21	8.955,24	51.599,25

2		407006	CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/ CONECTOR GIRATORIO	UNIDAD	9.304	1,004959	9.350,14	21	1.963,52	11.313,66
---	--	--------	--	--------	-------	----------	----------	----	----------	-----------

3		970169	FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS	UNIDAD	16.182	0,683058	11.053,24	21	2.321,18	13.374,42
---	--	--------	--------------------------------------	--------	--------	----------	-----------	----	----------	-----------

4		304553	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 3	UNIDAD	6.247	4,200000	26.237,40	10	2.632,74	28.861,14
4		304554	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 4	UNIDAD	6.247	4,200000	26.237,40	10	2.623,74	28.861,14
4		304555	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE Nº 5	UNIDAD	6.246	4,200000	26.233,20	10	2.623,32	28.856,52
<b>TOTAL LOTE 4:</b>							<b>78.708,00</b>	<b>10</b>	<b>7.870,80</b>	<b>86.578,80</b>

5		273902	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GASTRICO E INTUBACION TRAQUEAL DESECHABLE Nº 3	UNIDAD	336	14,355455	4.823,43	10	482,35	5.305,78
5		273903	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GASTRICO E INTUBACION TRAQUEAL DESECHABLE Nº 4	UNIDAD	1.343	14,355455	19.279,38	10	1.927,93	21.207,31
5		273904	MASCARILLA LARINGEA CON ACCESO GASTRICO E INTUBACION TRAQUEAL DESECHABLE Nº 5	UNIDAD	671	14,355455	9.632,51	10	1.927,93	10.595,76
<b>TOTAL LOTE 5:</b>							<b>33.735,32</b>	<b>10</b>	<b>3.373,53</b>	<b>37.108,85</b>

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>175.490,71</b>		<b>24.484,27</b>	<b>199.974,98</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------