

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDOS

Expediente: **PA2 2019-0-162**

| | |
|---------------|---|
| Denominación: | Suministro de material necesario para cirugía de columna dorsolumbar |
|---------------|---|

La Mesa de Contratación del Hospital Clínico San Carlos en sesión celebrada el 11 de febrero 2020, ha supervisado los Informes Técnicos con base a si cumplen las características del PPT, donde se expone los operadores admitidos y excluidos

EMPRESAS ADMITIDAS

| EMPRESA | LOTES |
|-----------------|------------------|
| MEDCOMTECH, S.A | LOTE 1, 3, 5 Y 7 |
| PRIM, S.A. | LOTE 2,4, 6 Y 8 |

EMPRESAS EXCLUIDAS:

| EMPRESA | LOTE | MOTIVO |
|-----------|--------|--|
| MEDTRONIC | LOTE 3 | El sistema cumple los puntos 1, 2,4 y 5. No cumple que los tornillos tengan retractores que permitan la colocación de la barra (punto 3) |
| | LOTE 4 | Es sistema no cumple los puntos 1,3,4,5 y 6. |
| | LOTE 5 | El sistema no cumple el punto 1 ya que no tiene una caja de titanio trabecular con impresión 3D. |
| | LOTE 7 | El sistema no cumple el punto 2 ya que el sistema carece de cajas de titanio trabecular fabricado con impresión 3D y además su anchura es sólo de 18 mm. |

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2001 de 3 de abril

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

