

EXPEDIENTE: 2020-0-52

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SODICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SODICO para diversos servicios del Hospital

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	015920	<p><b>JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML.</b></p> <p><b>CARACTERISTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa precargada de un solo uso de 3 ml de cloruro sódico al 0.9%, de contenido y recorrido estéril. Apirógena.</li> <li>• Cuerpo translúcido (que no debe ser de color azul o malva) con cono luer-lock estándar compatible con cualquier llave de 3 pasos y conector para acceso vascular. Diámetro interno de 12-15 mm. Con escala medidora nítida, precisa e imborrable.</li> <li>• Embolo formado por un vástago que se desliza suavemente que en ningún caso debe ser de color azul ni malva.</li> <li>• Tope trasero de seguridad.</li> <li>• Exento de látex que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• Exento de phtalatos, que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• <u>Envase con el contenido de la jeringa estéril.</u> De fácil apertura que garantice la liberación completa de la jeringa.</li> </ul> <p><b>INDICACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinizar accesos vasculares venosos, principalmente periféricos.</li> </ul>
2	018627	<p><b>JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML. ESTERIL</b></p> <p><b>CARACTERISTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa precargada de un solo uso de 3 ml de cloruro sódico al 0.9%, de contenido y recorrido estéril. Apirógena.</li> <li>• Cuerpo translúcido (que no debe ser de color azul o malva) con cono luer-lock estándar compatible con cualquier llave de 3 pasos y conector para acceso vascular. Diámetro interno de 12-15 mm. Con escala medidora nítida, precisa e imborrable.</li> <li>• Embolo formado por un vástago que se desliza suavemente que en ningún caso debe ser de color azul ni malva.</li> </ul>

LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tope trasero de seguridad.</li> <li>• Exento de látex que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• Exento de phtalatos, que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• <u>Envase y contenido de la jeringa estéril.</u> De fácil apertura que garantice la liberación completa de la jeringa.</li> </ul> <p><b>INDICACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinizar accesos vasculares venosos, principalmente periféricos.</li> </ul>
3	018628	<p><b>JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 5 ML. ESTERIL</b></p> <p><b>CARACTERISTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa precargada de un solo uso de 3 ml de cloruro sódico al 0.9%, de contenido y recorrido estéril. Apirógena.</li> <li>• Cuerpo translúcido (que no debe ser de color azul o malva) con cono luer-lock estándar compatible con cualquier llave de 3 pasos y conector para acceso vascular. Diámetro interno de 12-15 mm. Con escala medidora nítida, precisa e imborrable.</li> <li>• Embolo formado por un vástago que se desliza suavemente que en ningún caso debe ser de color azul ni malva.</li> <li>• Tope trasero de seguridad.</li> <li>• Exento de látex que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• Exento de phtalatos, que deberá indicarse en el etiquetado del envase, preferiblemente.</li> <li>• <u>Envase y contenido de la jeringa estéril.</u> De fácil apertura que garantice la liberación completa de la jeringa.</li> </ul> <p><b>INDICACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinizar accesos vasculares venosos, principalmente periféricos.</li> </ul>

#### OTROS REQUISITOS:

##### **Requisitos del etiquetado:**

- La denominación del artículo.
- El método de esterilización utilizado.
- Las fechas de caducidad del producto.
- El número de lote.
- La referencia comercial.
- Marcado C.E.
- Toda la información será perfectamente legible y estará escrita en castellano o con simbología internacionalmente aceptada.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:**

**5 UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

**OTROS**

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 29 de octubre de 2019



Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez  
SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

EXPEDIENTE 2020-0-52

OBJETO: SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS DE CLORURO SODICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

					PRESUPUESTO					
LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida modificación 20%)	EPIGRAFE
1	015920	JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3ML	1.584.000	1.584.000	0,1900	300.960,00	63.201,60	364.161,60	662.112,00	27004
2	018627	JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML. ESTERIL	2.400	2.400	0,6000	1.440,00	302,40	1.742,40	3.168,00	27004
3	018628	JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 5 ML. ESTERIL	6.300	6.300	0,6400	4.032,00	846,72	4.878,72	8.870,40	27004
						306.432,00	64.350,72	370.782,72	674.150,40	