

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES DIAGNOSTICO PARA ELECTROFISIOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de catéteres diagnóstico para electrofisiología en el Hospital Universitario 12 de Octubre el adjudicatario entregará en cesión de uso y durante la vigencia del contrato, los cables de conexión al sistema de registro (estimándose un mínimo de 12 y un máximo de 1 por cada 10 catéteres adquiridos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1: (cuadrapolares curva fija)

ORDEN 1: Catéteres para registro y estimulación endocárdicos con las siguientes características:

- Cuatripolar.
- Disponibilidad de distintas curvas fija preformadas (Josephson, Damato, Cournand-1 y Cournand-2)
- Longitud de uso de 120 cm.
- Disponibilidad de calibres 4F, 5F y 6F.
- Disponibilidad en diferentes características de torsión, dureza y empuje.

LOTE 2: (cuadrapolares deflectables)

ORDEN 2: Catéteres de diagnóstico deflectables para registro y estimulación de seno coronario con las siguientes características:

- Cuatripolares.
- Curva deflectable.
- Longitud de uso de 110 cm.
- Mango basado en pistón
- Disponible en calibres 4F, 5F y 6F.

LOTE 3: (duodecapolar)

ORDEN 3: Catéteres multipolares para registro y estimulación de aurícula derecha y seno coronario con las siguientes características:

- Mínimo 20 polos para registro simultáneo y estimulación.
- Curva deflectable unidireccional.
- Mango basado en dial rotatorio.
- Calibre 7 French.

LOTE 4: (catéter Ostium venas pulmonares)

Orden 4: Catéteres multipolares deflectables de extremo circular para registro de ostium de venas pulmonares:

- Calibre 7 French.
- Curva Deflectable.
- Presencia de al menos dos polos en el tallo del catéter.
- Sistema de 10 polos en el extremo circular del catéter para registro simultáneo y estimulación.
- Sensor magnético para detección por el sistema de navegación disponible actualmente en el centro (Ensite Precisión)

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **NO**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Lugar de Entrega: Almacén General. Edificio MI planta -2.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 17 de enero de 2020



Fdo.: Dra. María López Gil
Servicio de Cardiología-Electrofisiología



Fdo.: Dr. Adolfo Fontenla Cerezuela
Servicio de Cardiología-Electrofisiología

EXPEDIENTE2020-0-83

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES DIAGNOSTICO PARA ELECTROFISIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	017745	CATETER REGISTRO Y ESTUMULACION CUATRIPOlar CURVA FIJA 5 F	530	530	100,00	53.000,00	11.130,00	64.130,00	116.600,00	27004
2	2	012433	CATETER CUADRAPOLAR DEFLECTABLE PARA REGISTRO Y ESTIMULACION SENO CORONARIO 5 Y 6 F	350	350	344,00	120.400,00	25.284,00	145.684,00	264.880,00	27004
3	3	017746	CATETER DUODECAPOLAR REGISTRO Y ESTIMULACION AURICULA DCHA Y SENO CORONARIO 7 F	140	140	508,00	71.120,00	14.935,20	86.055,20	156.464,00	27004
4	4	018994	CATETER MULTIPOLAR REGISTRO OSTIUM VENAS PULMONARES 7 F	25	25	1.048,0000	26.200,00	5.502,00	31.702,00	57.640,00	27004
							270.720,00	56.851,20	327.571,20	595.584,00	