

## **ORDEN DE INICIO**

**Expediente: P.A. HUPA 81/19**

### **OBJETO DEL CONTRATO**

Este contrato tiene por objeto la adquisición de **medios de cultivo en placas y tubos, técnicas analíticas de identificación, procesamiento de micobacterias y otras para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias**, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios.

### **EXISTENCIA DE NECESIDAD**

El Responsable del Servicio de Microbiología y Parasitología, actuando como órgano promotor de la presente contratación, constata la existencia de una necesidad a cubrir mediante la adquisición de **medios de cultivo en placas y tubos, técnicas analíticas de identificación, procesamiento de micobacterias y otras para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias** para llevar a cabo el compromiso institucional con la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria –Unidad de Gestión del Plan de Infraestructuras-, con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental.

### **JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

Se considera sistema idóneo el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP. La elección del procedimiento abierto se realiza de conformidad con el artículo 116.4 de la LCSP con el fin de promover la mayor transparencia y concurrencia posibles, teniendo en cuenta su cuantía y que el objeto del contrato posibilita que todo empresario interesado pueda presentar proposiciones sin que existan más limitaciones que los requisitos generales para contratar.

### **JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA**

#### **a) Acreditación de la solvencia económica y financiera**

Artículo 87 de la LCSP, apartado/s: 1.a)

Los licitadores deberán acreditar un Volumen anual de negocios presentando una declaración sobre el volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, acompañada de las cuentas anuales del referido ejercicio, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En caso de que algún licitador no se presente a la totalidad de los lotes, las referencias al presupuesto máximo de licitación se entenderán hechas en relación con el fijado por la Administración para los citados lotes. A dichos efectos el licitador deberá indicar el número de lote/s a los que licite.

En el caso que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento podrá acreditar la solvencia económica y financiera tal y como recoge el art. 87.1.c) mediante una Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe una vez y media del presupuesto máximo de licitación, IVA excluido.

#### **b) Acreditación de la solvencia técnica:**

Artículo 89 de la LCSP, apartado/s: 1.a y 1.f)

**89.1 a)** Relación de los principales suministros realizados, durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado, acreditándolo mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Criterios de selección: Presentación de un mínimo de tres certificados dentro de los tres últimos ejercicios referidos a suministros de naturaleza análoga a los del objeto del presente contrato.

**89.1 f)** Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

Criterios de selección: Marcado CE de los productos ofertados, incluyendo una relación donde para cada uno de los lotes ofertados indiquen: número de marcado CE, conforme a qué Anexo, el Organismo Notificado Certificador/(número y nombre) y fechas de vigencia.

Certificado UNE-EN ISO 9001:2008 (o posterior) "Sistemas de gestión de la calidad" de la empresa licitadora o Certificado UNE-EN ISO 13485:2012 (o posterior) "Productos sanitarios. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos para fines reglamentarios".

### CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Atendiendo al contenido del artículo 145 de la LCSP se establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas por considerarse idóneos para la adjudicación del contrato a la oferta que represente la mejor relación calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la salvaguardia del principio de proporcionalidad.

- Criterios relacionados con el coste de la proposición y en consideración del precio: 60 %
- Criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas: 40 %

#### **LOTE 1**

| <b>REACTIVOS</b>  |                          |
|---|--------------------------|
| <b>1) Disponibilidad y tarjetas/paneles para microorganismos exigentes (como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y estreptococos viridans) y para la detección y confirmación de mecanismos de resistencias variados (BLEE, MRSA, VRE, carbapenemasas)</b> | <b>(hasta 5 puntos)</b>  |
| a) Mayor disponibilidad   | 5                        |
| b) Disponibilidad intermedia  | 2                        |
| c) Menor disponibilidad   | 0                        |
| <b>2) Generación de un volumen de residuos reducido</b>   | <b>(hasta 10 puntos)</b> |
| a) Volumen menor del panel de sensibilidad y fungibles asociados al proceso de inoculación  | 10                       |
| b) Volumen intermedio   | 5                        |
| c) Mayor volumen  | 0                        |
| <b>EQUIPOS</b>  |                          |
| <b>3) Mayor automatización y rapidez en la emisión de resultados del antibiograma, posibilidad de emitir algunos antibiogramas en 8 horas</b>   | <b>(hasta 5 puntos)</b>  |
| a) Algunos resultados en < de 8 horas   | 5                        |
| b) Ningún resultado en < de 8 horas   | 0                        |
| <b>4) Posibilidad de inoculación de McFarland en un solo paso sin necesidad de ajustar al 0,5 de Mc Farland</b>   | <b>(hasta 10 puntos)</b> |
| a) Inoculación en un solo paso  | 10                       |
| b) Inoculación en más pasos   | 0                        |
| <b>5) Tiempo empleado en el método de inoculación de los paneles de sensibilidad</b>  | <b>(hasta 5 puntos)</b>  |
| a) Menor tiempo empleado  | 5                        |
| b) Tiempos intermedios  | 2                        |
| c) Mayor tiempo empleado  | 0                        |
| <b>SERVICIO TECNICO</b>   |                          |
| <b>6) Tiempo de respuesta para la resolución de problemas</b>   | <b>(hasta 5 puntos)</b>  |
| a) Menor tiempo de respuesta  | 5                        |
| b) Tiempos intermedios  | 2                        |
| c) Mayor tiempo de respuesta  | 0                        |

## LOTE 2

### REACTIVOS

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1) Manipulación de los frascos en la inoculación de muestras y subcultivos del medio líquido</b> | <b>(hasta 5 puntos)</b> |
| a) Menor manipulación   | 5                       |
| b) Manipulación intermedia  | 2                       |
| c) Mayor manipulación   | 0                       |

### EQUIPOS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>2) Automatización en el procesado de los frascos</b> | <b>(hasta 15 puntos)</b> |
| a) Mayor automatización                                 | 15                       |
| b) Automatización intermedia                            | 5                        |
| c) Menor automatización                                 | 0                        |

### SERVICIO TECNICO

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>3) Tiempo de respuesta</b> | <b>(hasta 20 puntos)</b> |
| a) Menor tiempo de respuesta  | 20                       |
| b) Tiempos intermedios        | 10                       |
| c) Mayor tiempo de respuesta  | 0                        |

## LOTE 3

### REACTIVOS

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1) Los hemocultivos se pueden extraer mediante un sistema seguro, tipo vacutainer o similar, compatible con otros frascos de extracción</b> | <b>(hasta 5 puntos)</b> |
| a) Frascos compatibles con sistema de extracción seguro  | 5                       |
| b) Frascos NO compatibles con sistema de extracción seguro   | 0                       |

### EQUIPOS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>2) Grado de automatización, con sistema de carga de frascos automatizado</b> | <b>(hasta 15 puntos)</b> |
| a) Mayor automatización en el sistema de carga de frascos                       | 15                       |
| b) Automatización intermedia  | 5                        |
| c) Menor automatización   | 0                        |

### SERVICIO TECNICO

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>3) Tiempo de respuesta</b>       | <b>(hasta 20 puntos)</b> |
| a) Menor tiempo de respuesta        | 20                       |
| b) Tiempos de respuesta intermedios | 10                       |
| c) Mayor tiempo de respuesta        | 0                        |

## JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE

En base a lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, se establecen los siguientes criterios a aplicar, en el caso de que, una vez utilizados los criterios de adjudicación previstos, dos o más proposiciones estuvieran empatadas:

Los establecidos en la **Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares**.

## CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Atendiendo al contenido del artículo 202 de la LCSP es condición especial de ejecución el cumplimiento de alguna de las dos condiciones siguientes:

- a) El licitador propuesto para la adjudicación deberá acreditar mediante declaración responsable que la empresa tiene adoptadas medidas para la promoción de reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
- b) Deberá acreditar mediante declaración responsable que garantiza la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y cumple con los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

No procederá la adjudicación al licitador que no cumpla con, al menos, uno de los dos requisitos expuestos.

Se establecen estas condiciones especiales de ejecución al estar adecuadamente vinculadas al objeto del contrato, no resultando discriminatorias y siendo compatibles con el Derecho de la Unión Europea y considerándose de obligada observancia por el adjudicatario.

#### **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL MISMO**

El valor estimado es de 1.863.963,61 euros. Se ha tenido en cuenta para su cálculo la Base imponible del presupuesto de licitación más el importe de las posibles prórrogas previstas.

#### **PLAZO DE EJECUCIÓN**

36 meses, con una duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de 60 meses, conforme al artículo 29 de la LCSP.

#### **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos, conforme el punto 12 de la cláusula 1. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL [http://www.madrid.org/contratos públicos](http://www.madrid.org/contratos-públicos)) se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

El Director Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Sanidad, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 76 de 31/03/2011),

#### **RESUELVE**

**ORDENAR** el inicio y la tramitación del expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para la adquisición de medios de cultivo en placas y tubos, técnicas analíticas de identificación, procesamiento de micobacterias y otras para el servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 1.073.998,08 € (*Base Imponible 887.601,72 €; IVA 186.396,36 €*).

Alcalá de Henares, a 17 de octubre de 2019

EL VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

P.D. EL GERENTE EN FUNCIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(Resolución 25/02/2011, B.O.C.M. nº 76, de 31/03/11)



Fdo.: José Gilberto González Antón