

EXPEDIENTE: 2020-0-8

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE PARA RESECCION BIPOLAR CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE UROLOGIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el Suministro de material desechable para resección bipolar con cesión de uso de generadores bipolares y accesorios, con destino a los servicios de Urología y Ginecología del Hospital Universitario Doce de Octubre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1:

ORDEN 1: Asa de corte bipolar desechable

Características:

- 2 vástagos guíadores
- Para resectores tamaño 24/26 ch, 22ch, 15ch
- Tamaño del alambre 0.40 mm y 0.30 mm
- Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente.

ORDEN 2: Electrodo coagulación bipolar desechable, puntiagudo tipo “collins”

Características:

- 2 vastagos guíadores
- Para resectores tamaño 24/26ch., 22ch., 15ch.
- Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente

ORDEN 3: Electrodo coagulación bipolar desechable, forma de bola

Características:

- 2 vastagos guíadores
- Para resectores tamaño 24/26ch., 22ch., 15ch.
- Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente

ORDEN 4: Electrodo de disección bipolar reutilizable recto

Características:

- Electrodo de disección semirrígido
- De 42 cm
- Recto

ORDEN 5: Electrodo de disección bipolar reutilizable acodado

Características:

- Electrodo de disección semirrígido
- De 42 cm
- Acodado 90º

OTROS REQUISITOS:

Para la utilización del material objeto del contrato el licitador deberá entregar en cesión de uso el siguiente material:

4 Generadores bipolares (2 para Urología y 2 para Ginecología) de las siguientes características:

- 400w potencia
- Salidas monopolar y bipolar
- Programa especial para resección bipolar
- Cuatro niveles de intensidad de corte y coagulación en programa RTU
- Reconocimiento automático del cable para resección bipolar
- Sistema de seguridad que identifique el número de usos del cable de resección bipolar para evitar desgaste del mismo

Para el Servicio de Urología:

- 2 pedales de electrobisturí.
- 4 Ópticas de 30º y 30 cm de longitud para resector bipolar
- 4 Elementos de trabajo bipolar doble patilla para resector
- 4 Vainas interna y externa de resección de 26 Charr
- 4 Obturadores de resector
- 4 Cables bipolares de doble conexión de asa para resector
- 4 Contenedores para instrumental de resección
- 1 Ureteroscopio semirrígido 9.5-7.5 ch

Para el Servicio de Ginecología:

- 2 pedales de electrobisturí.
- 2 Ópticas de 12° y 30 cm de longitud para rescot bipolar
- 2 Elementos de trabajo bipolar para rescot
- 2 Vainas interna y externa de resección de 8.7 mm
- 2 Cables bipolar de doble conexión de asa para resector
- 2 Contenedores para instrumental de resección
- 2 Cables bipolares para electrodos bipolares de histeroscopia
- 1 Resector de 15ch para uso en consulta.

Se deberá indicar en la oferta la localización de la totalidad de las características establecidas en cada punto del Pliego Técnico, además de en la Oferta Técnica, en las fichas técnicas oficiales y/o catálogos y/o manuales técnicos del producto ofertado, de no ser así los aspectos no consignados no serán considerados o en caso de ser limitantes se considerará que el producto no cumple el PPT.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizarán una vez efectuada la petición y dentro del plazo establecido del contrato
2. Las entregas se realizarán a través del ALMACEN DEL HOSPITAL

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 24 de julio de 2019

Por el Servicio de Urología



Fdo. Dr. José M. Duarte Ojeda

Por el Servicio de Ginecología



Fdo. Dr. Alvaro Tejerizo García

EXPEDIENTE: 2020-0-8

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA RESECCION BIPOLAR

						PRESUPUESTO					
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	019241	ASA DE CORTE BIPOLAR DESECHABLE	664	664	180,0000	119.520,00	25.099,20000	144.619,20	262.944,00	27004
	2	019242	ELECTRODO COAGULACION BIPOLAR DESECHABLE PUNTIAGUDO TIPO COLLINS	70	70	180,0000	12.600,00	2.646,00000	15.246,00	27.720,00	27004
	3	019243	ELECTRODO COAGULACION BIPOLAR DESECHABLE EN FORMA DE BOLA	50	50	180,0000	9.000,00	1.890,00000	10.890,00	19.800,00	27004
	4	019244	ELECTRODOS DE DISECCION SEMIRRIGIDO 42 CM RECTOS	12	12	1.000,0000	12.000,00	2.520,00000	14.520,00	26.400,00	27004
	5	019245	ELECTRODOS DE DISECCION SEMIRRIGIDO 42 CM ACODADO 90º	12	12	1.000,0000	12.000,00	2.520,00000	14.520,00	26.400,00	27004
							165.120,000	34.675,200	199.795,200	363.264,000	