

EXPEDIENTE: 2020-0-15

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de dispositivos para el manejo de medicamentos citostáticos para el Servicio de Farmacia de este hospital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1- SISTEMAS LUER-LOCK PREPARACION DE CITOSTATICOS A VIAL

Características:generales.

1. Libre de látex y de DEHP.
2. Con filtro de aire hidrofóbico integrado de 0.2 micras.
3. Permita trabajar sin aguja.
4. Conexión con jeringa luer-lock con dispositivo cerrado de seguridad que reduzca al mínimo el derrame del contenido del vial durante la conexión y desconexión.
5. Facilidad de introducción en el tapón del vial, sin pérdidas de fluido durante el procedimiento.
6. Permita conectar jeringa luer-lock con facilidad y permita un buen anclaje
7. Compatible con medicamentos citotóxicos.
- 8.- Volumen de purga mínimo

ORDEN 1.-

SISTEMAS LUER-LOCK PREPARACION DE CITOSTATICOS A VIAL de 20 mm de diámetro o superior

No deben tener brazos de bloqueo.

ORDEN 2.-

SISTEMAS LUER-LOCK PREPARACION DE CITOSTATICOS A VIAL de 13 mm de diámetro

Deben disponer de brazos de bloqueo

LOTE 2.- BOLSAS DE FOTOPROTECCION

Características: generales

1. No deben permitir el paso de luz ultravioleta
2. Totalmente transparente que permita ver la etiqueta identificativa de la preparación y leer el código de barras.

ORDEN 3.-

BOLSAS DE FOTOPROTECCION PARA BOLSAS DE SUERO

- 1.- Apertura en parte inferior que permita pasar por ella la línea de administración.
- 2.- Sistema que permita colgar los sueros fácilmente en el pie de goteo
- 3.- Tamaño único adaptable a bolsas de suero de distinto tamaño (50, 100, 250, 500 y 1000 ml).
- 4.- Cierre removible en la parte superior

ORDEN 4.-

BOLSAS DE FOTOPROTECCION PARA JERINGAS PRECARGADAS

- 1.- Tamaño único adaptable a todos los tamaños de jeringas (1, 3, 5, 10, 20 y 50 ml)
- 2.- Cierre inviolable en la parte superior.

MUESTRAS

SI,

- EN EL LOTE 1 EN LOS ORDENES Nº 1 Y 2 : **25 UNIDADES POR ORDEN**
- EN EL LOTE 2 EN LOS ORDENES Nº 3 Y 4: **5 UNIDADES POR ORDEN.**
- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 9 de agosto de 2019



Fdo.: Dra. Maria Puy Goyeneche
Por el Servicio de Farmacia

EXPEDIENTE: 2020-0-15

OBJETO: DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	015553	SISTEMA LUER LOCK PARA PREPARACION CITOSTATICOS A VIAL de 20 mm DE DIAMETRO	29.500	29.500	1,800000	53.100,0000	11.151,0000	64.251,0000	116.820,0000	27004
	2	019246	SISTEMA LUER LOCK PARA PREPARACION CITOSTATICOS A VIAL de 13 mm DE DIAMETRO	7.000	7.000	1,800000	12.600,0000	2.646,0000	15.246,0000	27.720,0000	27004
2	3	016879	BOLSA FOTOPROTECCION PARA BOLSAS DE SUERO	25.000	25.000	0,270000	6.750,0000	1.417,5000	8.167,5000	14.850,0000	27004
	4	019247	BOLSA FOTOPROTECCION PARA JERINGAS PRECARGADAS	2.000	2.000	0,280000	560,0000	117,6000	677,6000	1.232,0000	27004
							73.010,0000	15.332,1000	88.342,1000	160.622,0000	