

## COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS, EXCLUIDOS Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS U OMISIÓN

Expediente: **PAS2 2019-7-190**

Denominación:	<b>Suministro de MESILLAS .</b>
---------------	---------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Clínico San Carlos en sesión celebrada el 29 de noviembre 2019, ha realizado la apertura de los sobres presentados por los licitadores que contiene la documentación administrativa requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas del procedimiento arriba referenciado, dando traslado al Servicio correspondiente para la realización de los Informes Técnicos.

Supervisados los Informes Técnicos con base a si cumplen las características del PPT, donde se expone los operadores admitidos, excluidos y subsanación.

### EMPRESAS ADMITIDAS

EMPRESA	LOTE/UNICO
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L NIF: B50057322	MESILLAS

### EMPRESAS EXCLUIDAS:

EMPRESA	NIF	MOTIVO
HIDEMAR, S.A	A80515422	<ul style="list-style-type: none"> <li>NO CUMPLE, SOLAMENTE TIENE 2 RUEDAS CON FRENO.</li> <li>NO CUMPLE, DESPROVISTAS DE SUPERFICIES ASTILLABLES Y ARISTAS CORTANTES; LAS SUPERFICIES DE CONTACTO TENDRÁN CANTOS Y BORDES REDONDEADOS.</li> <li>NO CUMPLE, EL MATERIAL QUE COMPONE LA MESILLA SERÁ IGNÍFUGO (CLASIFICACIÓN M2), RESISTENTE A LA LUZ, GOLPES, ABRASIONES DISOLVENTES, ALCOHOLES, DETERGENTES, RAYADO Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS.</li> </ul>
LINET IBERIA, S.L	B85235430	<ul style="list-style-type: none"> <li>NO CUMPLE, SOLAMENTE TIENE 2 RUEDAS CON FRENO.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO CUMPLE, SUS MEDIDAS SOBREPASAN EL MÁXIMO PERMITIDO 50X51.5CM.</li> </ul>
GIVAS EQUIPAMENT IBÉRICA S.L.	B65152928	NO CUMPLE, SOLAMENTE TIENE 2 RUEDAS CON FRENO
GALMEDICA	B-32155269	NO CUMPLE, SOLAMENTE TIENE DOS RUEDAS CON FRENO.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2001 de 3 de abril

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

