

EXPEDIENTE: 2020-0-19

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CANULAS DE PLATA PARA TRAQUEOSTOMIA Y LARINGECTOMIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de cánulas de diferentes dimensiones fenestradas o sin fenestrar en plata de 1ª ley, para la realización de procedimientos quirúrgicos de traqueostomía y laringectomía para este hospital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE	CODIGO ARTICULO	Nº ORDEN	ARTICULO
1	130014	1	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 4 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 10 mm x 68 mm de largo.
	130018	2	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 5 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 11 mm x 72 mm de largo.
	130008	3	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 6 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 12 mm x 75 mm de largo.
	130020	4	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 7 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 13 mm x 80 mm de largo.
	130126	5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.5 EXTRA LARGA <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 11 mm x 101 mm de largo.

LOTE	CODIGO ARTICULO	Nº ORDEN	ARTICULO
	130127	6	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.6 EXTRA LARGA <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 12 mm x 103 mm de largo.
	130009	7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA Nº 3 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de cánula exterior de 9 mm x 65 mm de largo.
	130010	8	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA Nº 4 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 10 mm x 68 mm de largo.
	130011	9	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA Nº 5 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 11 mm x 72 mm de largo.
	130012	10	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA Nº 6 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 12 mm x 75 mm de largo.
	130013	11	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA Nº 7 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 13 mm x 80 mm de largo.

Características comunes del Lote 1- Ordenes del 1 al 4 (Cánulas de traqueostomía de plata fenestradas)

Formadas por 3 piezas:

- Cánula exterior de plata curva sin soldadura, conificada de forma anatómica con extremo atraumático, fenestrada de 10 agujeros y alerones laterales que permitan el ajuste a cintas de fijación.
- Cánula interior de plata curva sin soldadura, conificada de con extremo distal atraumatico, fenestrada de 10 agujeros.
- Vástago fiador curvo finalizado en punta roma.

Características comunes del Lote 1- Ordenes del 5 al 11 (Cánulas de traqueostomía de plata)

Formadas por las siguientes piezas:

- Cánula exterior de plata curva sin soldadura, conificada de forma anatómica con extremo atraumático y alerones laterales que permitan el ajuste a cintas de fijación
- Cánula interior de plata curva sin soldadura, conificada con extremo distal atraumático.
- Vástago fiador curvo finalizado en punta roma.

LOTE	CODIGO ARTICULO	Nº ORDEN	ARTICULO
2	130019	12	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 4 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 10 mm x 60 mm de largo.
	130005	13	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 5 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 11 mm x 60 mm de largo.
	130006	14	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 6 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 12 mm x 60 mm de largo.
	130118	15	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 7 <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de la cánula exterior de 13 mm x 60 mm de largo.

Características comunes del Lote 2- Ordenes del 12 al 15 (Cánulas de laringectomía de plata)

Formadas por las siguientes piezas:

- Cánula exterior de plata curva sin soldadura, conificada de forma anatómica con extremo atraumático y alerones laterales que permitan el ajuste a cintas de fijación
- Cánula interior de plata curva sin soldadura, conificada con extremo distal atraumático.

ASPECTOS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES:

- Deben ser fabricadas cumpliendo con la Ley de Metales preciosos vigente.
- Ausencia de zonas cortantes.

MUESTRAS

SI, 2 UNIDADES POR LOTE

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 27 de agosto de 2019

EL JEFE DE SERVICIO DE ORL



Fdo.: D. Carlos Almodóvar Álvarez

EXPEDIENTE: 2020-0-19

OBJETO: SUMINISTRO DE CANULAS DE PLATA PARA TRAQUEOSTOMIA Y LARINGECTOMIA PARA EL HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (Incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	ORDE N	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IMPORTE TOTAL		
1	1	130014	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 4	80	80	40,8000	3.264,0000	326,4000	3.590,4000	7.180,8000	27005
	2	130018	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 5	160	160	42,1000	6.736,0000	673,6000	7.409,6000	14.819,2000	27005
	3	130008	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 6	100	100	43,9000	4.390,0000	439,0000	4.829,0000	9.658,0000	27005
	4	130020	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 7	10	10	52,7500	527,5000	52,7500	580,2500	1.160,5000	27005
	5	130126	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.5 EXTRA LARGA	8	8	52,1200	416,9600	41,6960	458,6560	917,3120	27005
	6	130127	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.6 EXTRA LARGA	8	8	53,6100	428,8800	42,8880	471,7680	943,5360	27005
	7	130009	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.3	4	4	35,9000	143,6000	14,3600	157,9600	315,9200	27005
	8	130010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.4	50	50	36,2000	1.810,0000	181,0000	1.991,0000	3.982,0000	27005
	9	130011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.5	120	120	37,5000	4.500,0000	450,0000	4.950,0000	9.900,0000	27005
	10	130012	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.6	130	130	38,8500	5.050,5000	505,0500	5.555,5500	11.111,1000	27005
	11	130013	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE PLATA N.7	20	20	43,7500	875,0000	87,5000	962,5000	1.925,0000	27005
2	12	130019	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 4	100	100	31,1000	3.110,0000	311,0000	3.421,0000	6.842,0000	27005
	13	130005	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 5	220	220	31,2000	6.864,0000	686,4000	7.550,4000	15.100,8000	27005
	14	130006	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 6	330	330	31,8000	10.494,0000	1.049,4000	11.543,4000	23.086,8000	27005
	15	130118	CANULA DE LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 7	40	40	35,5000	1.420,0000	142,0000	1.562,0000	3.124,0000	27005
							50.030,44	5.003,04	55.033,48	110.066,97	