

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE NUTRICIÓN ENTERAL PARA BOMBA FREEGO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, actualizado por el RD 1591/2009 de productos sanitarios.

Otras normativas

11. Todo el material ofertado deberá cumplir la normativa ISO 80369-3, que regula las conexiones ENFIT en la nutrición enteral.
12. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes que se entregarán en el lugar y fechas indicados en el requerimiento.



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL ENVASADO INDIVIDUAL

1. Envase unitario estéril de fácil apertura que garantice la liberación completa del equipo.
2. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Indicación de que el producto es de un solo uso.
 - d. La fecha de caducidad del producto
 - e. El número de lote
 - f. La referencia comercial.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará escrita en castellano o con simbología internacional normalizada.
3. El envase individual estará acondicionado de manera que se garantice su estabilidad y esterilidad, constando en su envase las condiciones de conservación que precisen.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	101291	SISTEMA NUTRICIÓN ENTERAL PARA BOMBA FREEGO	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de administración universal de nutrición enteral para bomba FREEGO. • Adaptador ENPlus, que permite la conexión a las botellas de plástico/cristal y a los contenedores tipo bolsa. • Tapón de rosca que permite la conexión con apertura de 40mm. • Contador y filtro de aire integrado permitiendo una fácil unión a la botella. • Sistema de conexión ENFit. • Alguna coloración Lila en el sistema, para saber que su uso es de nutrición enteral. • Libre de látex. • Libre de DEHP (Pfalatos) y BPA (Bisfenol A). • Esterilizado de óxido de etileno. • Envasado individual.



RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	101291	SISTEMA NUTRICIÓN ENTERAL PARA BOMBA FREEGO	5,000000	6.900	34.500,00	10	37.950,00
					34.500,00	3.450,00	37.950,00

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

