

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

EXPEDIENTE: 2022400003

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de TEST RAPIDO DE DETECCION DE SARS-COV2, GRIPE Y VIRUS SINCITAL para el Servicio de Microbiología, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	323475	TEST RAPIDO DE DETECCION DE SARS-COV2, GRIPE Y VIRUS SINCITAL <ul style="list-style-type: none"> - Dianas para SARS-CoV-2: gen E, N2 y RdRP - Dianas para la gripe A: proteína matriz, PB2 Y PA - Dianas para la gripe B: proteína matriz y proteína no estructural - Dianas para el VRS: gen que codifica la nucleocápside del VRS A y VRS B - Resultados en < 37 minutos - Almacenamiento de reactivos a temperatura ambiente - Reactivos listos para su uso y sin manipulación previa de la muestra - Tiempo máximo de preparación de la muestra 1 minuto - Capacidad para procesar diferentes tipos de muestra: torunda nasofaríngea/nasal o lavado/aspirado nasal

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.

Fdo. Dr. RAFAEL CANTON MORENO
JEFE DE SERVICIO DE MICROBIOLOGIA

CANTON
MORENO
RAFAEL
MARIA -
053773695

Firmado
digitalmente por
CANTON MORENO
RAFAEL MARIA -
053773695
Fecha: 2022.01.04
11:57:49 +01'00'

Página 1 de 2

EL SUBDIRECTOR QUIRÚRGICO
VºBº SUBDIRECCIÓN MÉDICA SERVICIOS CENTRALES

Rafael Martínez Fernández



5. Etiquetado en el que figure:
- La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

CANTON
MORENO
RAFAEL MARIA
- 05377369S

Firmado digitalmente
por CANTON
MORENO RAFAEL
MARIA - 05377369S
Fecha: 2021.12.23
18:27:36 +01'00'



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

P.A. 2022400003

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	323475	TEST RAPIDO DETECCION SARS-COV-2, GRIPE Y VIRUS SINCITAL	DET	5.660	51,10	289.226,00	21,00	60.737,46	349.963,46

IMPORTE TOTAL:	289.226,00		60.737,46	349.963,46
-----------------------	------------	--	-----------	------------