

EXPEDIENTE: 2020-0-86

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA ESTÉRIL PARA OXIGENOTERAPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de agua estéril para oxigenoterapia para el Hospital Universitario 12 de octubre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO ARTICULO | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 015692 | <p>AGUA ESTÉRIL HUMIDIFICADORA DESECHABLE SIN CONECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plástico traslúcido y rígido en parte lateral zona delimitada de fácil identificación para introducir el punzón del tubo de oxígeno. - Con agua estéril tal y como indica la Farmacopea Europea. - Conexión adaptable a caudalímetro. - Conexión a tubo de mascarilla de oxígeno. - Exento de látex. - En envase individual. - Presentación: 500ml <p>Indicación: Agua para inhalación en oxigenoterapia a altas concentraciones.</p> |
| | 2 | 019179 | <p>CONECTOR PARA NEBULIZACIÓN PARA AGUA ESTÉRIL</p> <p>Debe incluir NEBULIZADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebulizador que sirve de conector compatible con caudalímetro. - Tubo de plástico rígido, indeformable, en forma de T. - Con dispositivo de regulación de Oxígeno de 28 a 98%. - Produciendo partículas de H₂O de 1'4 a 8 micras. - Tubo flexible inyector de oxígeno a la carga de agua con punzón perforador. - Con posibilidad de conexión a circuito de oxígeno Standard, carga de agua y tubo corrugado. - Conexión a tubo de mascarilla de oxígeno. - Exento de látex. - En envase individual. - Conector de agua estéril humidificadora compatible con el número de orden 1. <p>Indicación: Agua para inhalación en oxigenoterapia a altas concentraciones.</p> |

| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO ARTICULO | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | 018516 | <p>CONECTOR DE AGUA ESTÉRIL HUMIDIFICADORA A CAUDALÍMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector de agua estéril humidificadora compatible con el número de orden 1. - Conector compatible con el caudalímetro del Hospital y con el recipiente de agua estéril humidificadora no presentando fugas. - Con punzón que perfora sin dificultad el recipiente del agua estéril humidificadora. - Exento de látex. - En envase individual. <p>Indicación: Pieza que conecta el caudalímetro con el recipiente del agua estéril humidificadora.</p> |

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **4UD POR Nº DE ORDEN**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 23 de enero de 2020



Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez
Supervisor de Recursos Materiales

EXPEDIENTE : 2020-0-86

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE AGUA ESTERIL PARA OXIGENOTERAPIA PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | VALOR ESTIMADO (incluida 20 % modificación) | EPIGRAFE |
|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| LOTE | ORDEN | CODIGO ARTº | DESCRIPCION ARTICULO | UD. MEDIDA | CANTIDAD INICIAL 24 MESES | CANTIDAD PRORROGA 24 MESES | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA | IMPORTE TOTAL | | |
| 1 | 1 | 015692 | AGUA ESTERIL HUMIDIFICADORA DESECHABLE SIN CONECTOR | botella 500 ml | 20.200 | 20.200 | 0,690 | 13.938,00 | 2.926,980 | 16.864,980 | 30.663,600 | 27004 |
| | 2 | 019179 | CONECTOR PARA NEBULIZADOR PARA AGUA ESTERIL | | 800 | 800 | 2,800 | 2.240,00 | 470,400 | 2.710,400 | 4.928,000 | 27004 |
| | 3 | 018516 | CONECTOR DE AGUA ESTERIL HUMIDIFICADORA A CAUDALIMETRO | | 17.000 | 17.000 | 0,290 | 4.930,00 | 1.035,300 | 5.965,300 | 10.846,000 | 27004 |
| | | | | | | | 21.108,00 | 4.432,680 | 25.540,680 | 46.437,600 | | |