

P.A. 2020 - 0 - 073

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LAS VÁLVULAS AURICULO-VENTRICULARES, CON DESTINO A LA UNIDAD DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de SISTEMAS DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LAS VÁLVULAS AURICULO-VENTRICULARES, con destino a la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	VARIOS	SISTEMA DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VÁLVULA MITRAL CON DISPOSITIVO DE CROMO-COBALTO RECUBIERTO DE POLIÉSTER CON DOS BRAZOS ARTICULADOS DE FORMA SINCRÓNICA Sistema de catéteres con un clip implantable en la punta compuesto por: ○ Un catéter guía dirigible. ○ Un clip de cromo-cobalto recubierto de poliéster, con dos brazos articulados de forma simultánea. ○ Un estabilizador. ○ Un elevador. ○ Una placa de soporte.

En Madrid, a 21 de septiembre de 2020

Fdo.:



Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
Dr. Antonio Fernández Ortiz

P.A. 2020 - 0 - 073

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LAS VÁLVULAS AURICULO-VENTRICULARES, CON DESTINO A LA UNIDAD DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	VARIOS	SISTEMA DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VÁLVULA MITRAL CON DISPOSITIVO DE NITINOL CON DOS PALAS DE MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CON OPCIÓN DE ESPACIADOR CENTRAL PARA OBTURACIÓN. Sistema de catéteres con un clip implantable en la punta compuesto por: ○ Un catéter guía dirigitible. ○ Un clip de nitinol con dos palas con movimientos independientes, con opción de espaciador central para obturación. ○ Un estabilizador. ○ Una mesa de soporte.
3	VARIOS	SISTEMA DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE CON CATÉTER DOBLEMENTE DEFLECTABLE Y DISPOSITIVO DE CROMO COBALTO RECUBIERTO DE POLIESTER CON DOS BRAZOS ARTICULADOS SINCRÓNICOS. Sistema de catéteres con un clip implantable en la punta compuesto por: ○ Un catéter guía doblemente deflectable. ○ Un clip de cromo-cobalto recubierto de poliéster, con dos brazos articulados de forma simultánea. ○ Un estabilizador. ○ Un elevador. ○ Una placa de soporte.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

En Madrid, a 21 de septiembre de 2020

Fdo.:



Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
 Dr. Antonio Fernández Ortiz



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A 2020-0-073

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LAS VÁLVULAS AURÍCULO-VENTRICULARES, CON DESTINO A LA UNIDAD DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Código	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € con IVA
1	VARIOS	SISTEMA REPARACIÓN PERCUTÁNEA VÁLVULA MITRAL CON CLIP CR-CO 4 MM ANCHO CON 2 BRAZOS ARTICULADOS SINCRÓNICOS	25	20.000,00 €	22.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €
2	VARIOS	SISTEMA REPARACIÓN PERCUTÁNEA VÁLVULA MITRAL CON CLIP NITINOL 10 MM ANCHO CON 2 PALAS INDEPENDIENTES	15	20.000,00 €	22.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €	330.000,00 €
3	VARIOS	SISTEMA REPARACIÓN PERCUTÁNEA VÁLVULA TRICÚSPIDE CON CLIP CR-CO CON 2 BRAZOS ARTICULADOS SINCRÓNICOS	10	23.000,00 €	25.300,00 €	230.000,00 €	23.000,00 €	253.000,00 €
IMPORTE TOTAL						1.030.000,00 €	103.000,00 €	1.133.000,00 €

Madrid, a 21 de septiembre de 2020

Fdo.:



Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

Dr. Antonio Fernández Ortiz

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1055441153487436920106