

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DIVERSO MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO DE CITOLOGIA LIQUIDA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de reactivos, diverso material y equipamiento necesario para la realización de la técnica analítica especificada en este pliego para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, Centros de Especialidades y área de Primaria, incluyendo en caso de necesidad la adecuación de las instalaciones.

El expediente comprende el siguiente lote:

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION
1	1	VIAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA LIQUIDA GINECOLOGICA Y NO GINECOLOGICA
	2	FILTRO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRA GINECOLOGICA EN CITOLOGIA LIQUIDA
	3	FILTRO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRA NO GINECOLOGICA EN CITOLOGIA LIQUIDA
	4	PORTAOBJETOS PARA FIJAR MUESTRAS GINECOLOGICAS EN CITOLOGIA LIQUIDA
	5	PORTAOBJETOS PARA FIJAR MUESTRAS NO GINECOLOGICAS EN CITOLOGIA LIQUIDA
	6	CEPILLO EXO-ENDO CERVICAL TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
	7	SOLUCION HEMOLITICA LAVADO DE MUESTRAS NO GINECOLOGICAS
	8	REACTIVOS TINCION AUTOMATIZADA P/CITOLOGIA LIQUIDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

- El sistema debe de ser de citología líquida en capa fina por filtración, no sedimentación.
- El líquido fijador de la muestra permitirá una óptima conservación de los ácidos nucleicos para pruebas adicionales de biología molecular. El material debe de ser fiable para el posterior estudio molecular del virus del papiloma humano y debidamente aprobado por organismos sanitarios para screening poblacional.
- La caducidad de los productos químicos, y fungible específico a su recepción será como mínimo de seis meses, excepto en aquellos productos que por sus características particulares especiales precisen otro período de validez diferente.
- El Kit de reactivos de tinción automatizada, deberá ser compatible con el autoanalizador y el escáner, deberá teñir las preparaciones acorde a las necesidades de calidad del escáner, para su posterior evaluación y diagnóstico.
- Será por cuenta del adjudicatario el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Con un plazo de respuesta ante averías de 24 a 48 Horas. El adjudicatario pondrá a disposición del usuario una línea telefónica para resolución de imprevistos. Todas las piezas de mantenimiento correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Para la realización de la técnica el adjudicatario cederá en cesión de uso, durante la vigencia del contrato, un sistema de citología líquida en el que todos sus elementos serán compatibles, y que incluya lo siguiente:

1. Autoanalizador automático.

- Con una carga continua de un mínimo de 150 muestras
- Debe garantizar el procesamiento de las muestras automáticamente sin intervención del técnico de anatomía patológica.
- Debe disponer de un sistema de código de barras, incluido 2D que identifiquen inequívocamente la muestra y la preparación final obtenida.
- Debe de tener asimismo un etiquetado automático de los portaobjetos.

2. Sistema de prescreening automático, aprobado para screening poblacional por organismos sanitarios.

- El escaner debe de ser totalmente automático y con capacidad de carga de al menos 250 preparaciones.
- Debe analizar cada célula y cluster de células de la preparación sin descartar ninguna.
- Debe identificar y almacenar las coordenadas de los 22 campos a revisar por el CT.
- Los microscopios se podrán utilizar como microscopios convencionales.

3. 4 microscopios para prescreening automatizado.

OTROS REQUISITOS

- La empresa adjudicataria se comprometerá a suministrar las etiquetas autoadhesivas, a coste cero.
- El sistema de citología líquida debe de ser compatible con el LIS y el sistema de trazabilidad instalado en el servicio.

MUESTRAS:

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

Cantidad de muestras:

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, **se podrán solicitar muestras** en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

FORMACIÓN


La empresa adjudicataria prestará el soporte necesario, sin coste alguno para el Centro, en la formación, parametrización y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento y formación continuada del personal de las Unidades de Anatomía Patológica en el manejo y mantenimiento del equipamiento suministrado

OTROS:

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 06 de febrero de 2020

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA



Fdo. Dr. Rodríguez Peralto
Jefe de Servicio



Fdo.: Dª Carmen Calvo Horrillo
Supervisora del Servicio

EXPEDIENTE: 2020-0-100

OBJETO: "SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DIVERSO MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO DE CITOLOGIA LIQUIDA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES (Nº UD)	PRORROGA 24 MESES (Nº UD)	PRECIO UD (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO Incluido 20% de modificación	EPIGRAFE
1	1	021522	VIAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS PARA CITOLOGIA LIQUIDA GINECOLOGICA Y NO GINECOLOGICA	29.000	58.000	2,40000	69.600,000	14.616,00000	84.216,000000	222.720,0000	27002
	2	021489	FILTRO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRA GINECOLOGICA EN CITOLOGIA LIQUIDA	22.500	45.000	2,65000	59.625,000	12.521,25000	72.146,250000	190.800,0000	27002
	3	02C457	FILTRO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRA NO GINECOLOGICA EN CITOLOGIA LIQUIDA	6.500	13.000	3,00000	19.500,000	4.095,00000	23.595,000000	62.400,0000	27002
	4	02C458	PORTAOBJETOS PARA FIJAR MUESTRAS GINECOLOGICAS EN CITOLOGIA LIQUIDA	29.000	58.000	0,20000	5.800,000	1.218,00000	7.018,000000	18.560,0000	27002
	5	020417	PORTAOBJETOS PARA FIJAR MUESTRAS NO GINECOLOGICAS EN CITOLOGIA LIQUIDA	1.000	2.000	0,20000	200,000	42,00000	242,000000	640,0000	27002
	6	023933	CEPILLO EXO-ENDO CERVICAL TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS	21.500	43.000	0,25000	5.375,000	1.128,75000	6.503,750000	17.200,0000	27002
	7	023658	BOTELLA SOLUCION HEMOLITICA LAVADO DE MUESTRAS NO GINECOLOGICAS	18	36	20,67000	372,060	78,13260	450,192600	1.190,5920	27002
	8	02C493	REACTIVOS TINCION AUTOMATIZADA P/CITOLOGIA LIQUIDA	14	28	850,00000	11.900,000	2.499,00000	14.399,000000	38.080,0000	27002
							172.372,0600	36.198,13260	208.570,19	551.590,592000	