

SUMINISTRO DE ETIQUETAS ISBT Y CODABAR PARA PRODUCTOS HEMOTERAPICOS Y TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE (P.A. SUM. 019-2020 / A/SUM-032669/2020)

RESUMEN INFORME TECNICO

Una vez analizada la muestras entregadas y valorada la documentación técnica presentada de acuerdo con las prescripciones técnicas.

LOTE 1: ETIQUETA NEUTRA BOLSA SANGRE 105X105MM

Nº.	LICITADOR	VALORACION
1	GALLEGO SOLUCIONES GRAFICAS SL	APTO
2	LOC ESPAÑA SA	APTO
3	GRAFIETIC SL	APTO
4	MACSA:	APTO
5	TECNIPESA	APTO
6	LARA ANDALUCÍA	APTO

LOTE 2: ETIQUETA NEUTRA BOLSA SANGRE 100X140MM

Nº.	LICITADOR	VALORACION
1	GALLEGO SOLUCIONES GRAFICAS SL	NO APTO
2	LOC ESPAÑA SA	APTO
3	GRAFIETIC SL	APTO
4	MACSA	NO APTO
5	LARA ANDALUCÍA	NO APTO

GALLEGO SOLUCIONES: La etiqueta de ISBT en frio de -40 ° C no se adhiere correctamente.

MACSA: Etiquetas con códigos ISBT no cumple porque vienen sin diferenciar cuál es la etiqueta del cuestionario (H), de los tubos y de las bolsas.

LARA ANDALUCÍA: Presentación errónea, se junta la indicación de historial, bolsas y tubos solapando la numeración.

SALVADOR
ZAPATA ARIZA

Firmado digitalmente
por SALVADOR ZAPATA
ARIZA - [REDACTED]
Fecha: 2020.10.27
08:10:35 +01'00'

Madrid, 27 de octubre de 2020
Fdo. Dr. Salvador Zapata Ariza
Responsable de Enfermería