



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:  
SUMINISTROS DE SISTEMAS DE VENDAJE COMPRESIVO A ADJUDICAR POR  
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 24 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a 15 días y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.
10. Los licitadores deberán presentar la documentación sobre el Plan de formación adaptada, flexible a las necesidades de los profesionales para el uso del producto.

**Normativa general**

11. El material ofertado deberá ir provisto del marcado CE para Productos Sanitarios, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación (Directiva 93/42/CEE o Reglamento UE 2017/745, durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos).



## RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416





**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	104019	SISTEMA VENDAJE COMPRESIVO BICAPA SIN LATEX 18-25CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberá ejercer una presión sostenida de 40 mmHg en tobillo.</li> <li>• Que ejerzan una compresión de 40 mmHg, tanto en reposo como en actividad del paciente.</li> <li>• Sistema multicapa de compresión dual formado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una venda interna de corta tracción altamente adaptable, compuesta de guata de viscosa y poliéster, con indicadores de presión y de fácil colocación.</li> <li>- Una venda externa cohesiva de larga tracción, con indicadores de presión y de fácil colocación.</li> </ul> </li> <li>• Presión sostenida durante 24h/7 días.</li> <li>• Indicado para el tratamiento de úlceras venosas.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Medida: 18-25 CM</li> <li>• Prospecto informativo en cada envase con indicación de uso y modo de aplicación del producto.</li> </ul>





**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	1.2	100834	SISTEMA VENDAJE COMPRESIVO BICAPA SIN LATEX 25-32CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberá ejercer una presión sostenida de 40 mmHg en tobillo.</li> <li>• Que ejerzan una compresión de 40 mmHg, tanto en reposo como en actividad del paciente.</li> <li>• Sistema multicapa de compresión dual formado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una venda interna de corta tracción altamente adaptable, compuesta de guata de viscosa y poliéster con indicadores de presión y de fácil colocación.</li> <li>- Una venda externa cohesiva de larga tracción, con indicadores de presión y de fácil colocación.</li> </ul> </li> <li>• Presión sostenida durante 24h/7 días.</li> <li>• Indicado para el tratamiento de úlceras venosas.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Medida: 25-32 CM</li> <li>• Prospecto informativo en cada envase con indicación de uso y modo de aplicación del producto.</li> </ul>





**Comunidad  
de Madrid**

Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

### RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			<b>SISTEMA VENDAJE COMPRESIVO BICAPA SIN LATEX</b>				<b>99.225,00</b>	<b>10</b>	<b>109.147,50</b>
	1.1	104019	SISTEMA VENDAJE COMPRESIVO BICAPA SIN LATEX 18-25CM	unidad	15,750000	3.000	47.250,00	10	51.975,00
	1.2	100834	SISTEMA VENDAJE COMPRESIVO BICAPA SIN LATEX 25-32CM	unidad	15,750000	3.300	51.975,00	10	57.172,50

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 11/06/2020 (BOCM núm. 143 y 147 de 15 y 19 de junio)

María Luisa Tello García

