

P.A. 2020 – 0 – 294

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO NO ESTÉRILES

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de GUANTES DE NITRILO NO ESTÉRILES para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	VARIOS	<p>GUANTE DE NITRILO NO ESTÉRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tallas: S, M, L y XL. • Sin polvo. • Ambidiestro. • Alta sensibilidad al tacto. • Elástico, que no oprima y se adapte fácilmente a la mano. • Libre de látex. • Desechable (de un solo uso). • Ausencia de aditivos colorantes y de productos antioxidantes. • Superficie externa: Microtexturizada en la palma de la mano y en las yemas de los dedos, que aumente la adherencia en el agarre. • Superficie interna: Lisa, que facilite su colocación. • Puño con reborde reforzado que facilite su colocación y evite que se enrolle.

Madrid, 29 de julio de 2020

Fdo.:


**Hospital Clínico
San Carlos**

Subdirección de Enfermería

Subdirector de Enfermería

D. Francisco García García

P.A. 2020 – 0 – 294

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO
NO ESTÉRILES**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none">• Apirógeno.• No estéril.• Fuerza rotura: ≥ 6 Nw.• Caja dispensadora:<ul style="list-style-type: none">○ De 100 o 200 unidades.○ De fácil apertura y extracción de los guantes (de uno en uno).○ Impedirá que los guantes estén arrugados y/o pegados unos con otros.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO

Madrid, 29 de julio de 2020

Fdo.:



Hospital Clínico
San Carlos

Subdirección de Enfermería

Subdirector de Enfermería

D. Francisco García García

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2020-0-294

SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO NO ESTÉRILES

Lote	Códigos	Descripción	Consumo estimado 12 meses	Uni/€ sin IVA	Uni/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	VARIOS	GUANTES DE NITRILO NO ESTÉRILES (TALLAS S, M, L y XL)	27.800.000	0,09 €	0,10 €	2.407.480,00 €	505.570,80 €	2.913.050,80 €

IMPORTE TOTAL						2.407.480,00 €	505.570,80 €	2.913.050,80 €
---------------	--	--	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Madrid, a 29 de julio de 2020

Fdo.:



**Hospital Clínico
San Carlos**
Subdirección de Enfermería

Subdirector de Enfermería

D. Francisco García García