

EXPEDIENTE: 2020-0-153

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RAÍLES TÉCNICOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto es el suministro e instalación de accesorios para raíles técnicos para el servicio de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1:

Nº ORDEN	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	BALDAS ABATIBLES <ul style="list-style-type: none">• Balda abatible ligera y resistente.• Sujeta a raíl mediante grapas de pomo de tornillo con sistema anticaída• Con medidas de fijación a raíl compatible con el raíl de la unidad objeto (Urgencias).• Medidas: 30x25cm±0,5cm• Carga mínima a soportar: 5 kg.
2	CESTILLO PARA ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none">• Soporte de gradilla para contener manguitos de aparato de tensión u otros accesorios de dimensiones similares.• Sujeta a raíl mediante grapas de pomo de tornillo con sistema anticaída• Con medidas de fijación a raíl compatible con el raíl de la unidad objeto (Urgencias).• Fabricado en acero.• Medidas: 25x13x15 cm±0,5cm.
3	SOPORTE PARA Sonda DE ASPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none">• Soporte de malla entrelazada para contener sondas de aspiración.• Con anclaje a raíl mediante dos ganchos.• Con medidas de fijación a raíl compatible con el raíl de la unidad objeto (Urgencias).• Fabricado en acero.• Medidas: 9x9x40 cm±0,5cm

Nº ORDEN	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
4	<p>SOPORTE DE PORTASUERO-BOMBAS DE INFUSIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte a raíl con cuatro ganchos para colgar bolsas de suero y bombas de infusión. • Sujeta a raíl mediante grapas de pomo de tornillo con sistema anticaída. • Con medidas de fijación a raíl compatible con el raíl de la unidad objeto (Urgencias). • Barra vertical que se divide en tres: <ul style="list-style-type: none"> ○ Una barra de doble pliegue a 45° para sortear problemas de altura (donde van los 4 ganchos). ○ Otra barra de ancho 38±0,5cm (para fijación de bombas) ○ Dentro de la anterior, la tercera barra que tiene un recorrido mínimo de 30cm para adaptarse a diferentes alturas. • Carga mínima a soportar: 3 kg por gancho.

Todos los accesorios deben ser capaz de instalarse sin necesidad de uso de herramientas y los motivos decorativos en azul.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **SI**

Cantidad de muestras: 1 MUESTRA para cada uno de los NÚMEROS DE ORDEN de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**


- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 22 de junio de 2020

EL SUPERVISOR DE RRMM



Fdo: Antonio Jarillo Sánchez

EXPEDIENTE: 2020-0-153

OBJETO: Suministro e instalación de Accesorios para Railes Técnicos para la dotacion del Plan de Montaje de Urgencias generales del Hospital Universitario 12 de Octubre

				PRESUPUESTO						
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/ IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	EPIGRAFE
1	1	222463	BALDA ABATIBLE P/RAIL TECNICO	76	330,80	25.140,80	5.279,568	30.420,37	25.140,80	63500
	2	222396	CESTA SIMPLE P/ RAIL TECNICO	77	91,45	7.041,65	1.478,747	8.520,40	7.041,65	63500
	3	222461	SOPORTE PARA SONDAS DE ASPIRACIÓN (REJILLA) P/ RAIL TECNICO	76	171,00	12.996,00	2.729,160	15.725,16	12.996,00	63500
	4	222462	SOPORTE GOTERO-BOMBA INFUSION RAIL TECNICO	76	181,70	13.809,20	2.899,932	16.709,13	13.809,20	63500
						58.987,65	12.387,407	71.375,06	58.987,65	